文書管理番号　F-015-QMS-01

＊2026年7月3日作成　(第2版)　　届出番号　14B3X10057242001

2026年 5月19日作成　(第1版)

# 医療器具 (71) 視力補正用眼鏡

一般医療機器　眼鏡　JMDNコード　35065000

＊メタル老眼鏡Ｅ１

【禁忌・禁止】

●手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しないで下さい。

●老眼鏡用以外には使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

構成

●眼鏡レンズ（アクリル）1組と眼鏡フレームからなる器具。

●プラスチック製（アクリル）視力補正用短焦点眼鏡レンズ。

●老眼鏡、レンズ度数　+1.00、+1.50、+2.00、+2.50、+3.00、+3.50まで6度数。

| 種類 | フレーム形状 | フレームカラー | レンズ度数 |
|---|---|---|---|
| 種類 | オーバル（フルリム） | ブラウン | +1.00<br>+1.50<br>+2.00<br>+2.50<br>+3.00<br>+3.50 |
| | オーバル（ハーフリム） | ピンク | +1.00<br>+1.50<br>+2.00<br>+2.50<br>+3.00<br>+3.50 |
| | 2種 | ２種 | 12種 |

形状　構造

| | |
|---|---|
| フロント：メタル(合金)<br>テンプル：プラスチック(ポリカーボネート) | |
| フロント：メタル(合金)<br>テンプル：プラスチック(ポリカーボネート) | |

●適切な度数のレンズを用いて網膜上に結像させることにより視力を補正する。

【使用目的または効果】

●眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡。

【使用方法】

●老眼鏡、手元の文字が見づらくなった場合に、一般的な眼鏡の形状でテンプル部分を耳に掛けて、フロントの鼻パッド部分を顔で受け、３箇所の接地で装着して使用する。

●外す時は両手でテンプルを持ち、引き出します。

【品目仕様等】

●レンズ傷、フレーム傷、度数の外観検査（レンズメーター、社内基準書に基づく）。

【使用上の注意】

●この商品は視力補正用の眼鏡です。
見づらくなった手元の文字等を見やすくする事を目的に作られております。
運転時や歩行時は必ず外してください。

●階段の昇り降り、段差のある所での使用は避けてください。

●慣れないうちは、頭痛や目まい・ゆがみを感じる場合があります。

【保管方法及び有効期間等】

●高温多湿の場所には保管しないこと。

●直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管すること。

【包装】

●1PC個装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　株式会社アークインターナショナル

〒224－0054 横浜市都筑区佐江戸町269－1

販売元　株式会社ミック

〒224－0054 横浜市都筑区佐江戸町269－1

外国製造業者

WENZHOU MINGSHIDA LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS CO., LTD.

登録番号　BG10502023