**2017 年 8 月改訂（新記載要領に基づく改訂　第 3 版）
*2014 年 5 月 1 日改訂（第 2 版）
医療機器届出番号：14B1X00006000116

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器　歯科用研磨器材　70907000

レーズブラシ

【形状・構造及び原理等】

形状	列数	作業部直径(mm)	軸材質	作業部材質
コンバージ型	2	50	木	豚毛
			プラスチック	
		70	木	
			プラスチック	
	3	55	木	
			プラスチック	
		70	木	
			プラスチック	
アップライト型	1	45	木	
			プラスチック	
	3	70	プラスチック	

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

・歯科技工用電気レーズに装着し、回転させて使用する。
・推奨回転速度：

作業部直径(mm)	推奨回転数(rpm)
45/50/55	2800
70	1400

「使用方法に関連する使用上の注意」

・装着する機器の取扱説明書等に従って確実に取り付けし、固定されていることを確認すること。
・使用前に予備回転させて、振れがないことを確認すること。
・下記の最大回転数を超えて使用しないこと。

作業部直径(mm)	最大回転数(rpm)
45/50/55	3200
70	2800

【使用上の注意】

・使用前に必ず製品の点検（**【保守・点検に係る事項】**参照）をし、異常が確認された場合使用しないこと。
・研磨作業時には、目の損傷を防ぐために保護メガネ等を着用すること。
・研磨作業時には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を着用し、粉塵を吸入しないよう努めること。
・折損、破損等の原因となるので、本品に対する切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。
・破損等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に取り扱うこと。
・長期の使用により磨耗等の劣化が生じるので適宜交換すること。
・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用はしないこと。
・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

・ほこり、水分（水漏れ）を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

・使用前に必ず点検し、消耗状態等を見極め、定期的に交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*　**

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者　：ローデント　エージー（スイス）
(Rodent AG)

文 2184-10116-03