

デンタルルーペ T T L

【禁忌・禁止】

「使用方法」

使用者の眼球に有害な影響を与える可能性があるため、レンズを通して太陽、レーザーなどの強い光を直視しないこと。

【形状・構造及び原理等】*



構成：

- ①ヘッドストラップ
- ②眼鏡フレーム
- ③アイシールド
- ④ルーペフレーム
- ⑤ルーペレンズ
- ⑥レンズクロス（付属品）

材質：

ヘッドストラップ：布
眼鏡フレーム：ポリカーボネート
ニッケルメッキ
アイシールド：ポリカーボネート
ルーペフレーム：アルミニウム合金
ルーペレンズ：K9 ガラス

倍率	2.5x
作業距離(mm)	420
視野径(mm)	60
瞳孔間距離(mm)	56, 58, 60, 62

【使用目的又は効果】

外科処置時に術者が装着する眼鏡に取り付けるレンズから成るシステムである。小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。

【使用方法等】

- ヘッドストラップを装着する。
- ノーズパッドを調整する。
装着感を確認し、違和感がある場合は指でノーズパッドを調節する。
- 作業距離・瞳孔間距離を確認する。
(1) 補綴物などを使って焦点を合わせ、作業距離を確認する。
(2) 視野の円がひとつになっていることを確認する。



【使用上の注意】

- 明るい場所で使用すること。
- 人によって瞳孔間距離が異なるので事前にメガネ屋で瞳孔間距離を測定するなどして、適切な瞳孔間距離の商品を選ぶこと。
- 近視の使用者が使うと、作業距離が不足になるので、コンタクトレンズを着用すること。
- 事前に本器を使用した立体視に十分慣れた上で使用すること。
- ヘッドストラップで確実に頭部に固定し、緩みのない状態で使用すること。
- 本品の掛け外しは必ず両手で眼鏡フレームを持って行うこと。
- 使用前に必ず製品の点検を行うこと。
- 破損、摩耗、変形、脱落、その他異常が確認された場合は使用しないこと。
- 破損の原因となるため過度な力でアイシールドを跳ね上げないこと。
- 分解、改造等をしないこと。
- 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 医療従事者以外には使用しないこと。
- 廃棄の際は、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、高温、多湿、水分（水濡れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて保管すること。
- 使用しない場合は、専用のケースにて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- ルーペレンズおよびアイシールドの清拭は、付属のレンズクロスを使用すること。
- 眼鏡フレームの消毒は、消毒用アルコールを含ませた布で拭くこと。ただし、ルーペレンズおよびアイシールドはアルコールで不具合が生じる恐れがあるため触れないよう注意すること。
- ルーペレンズ内部の曇りの原因となるため、ルーペレンズの水洗いや液体の直接噴霧は行わないこと。
- 高圧蒸気滅菌、薬液滅菌、ガス滅菌は行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ハンゾウ シーイー メディカル インストルメント
カンパニー リミテッド
(Hangzhou Siyi Medical Instrument Co., Ltd)
(中華人民共和国)