

## 添付資料 1

※2017年 6月 1日（第2版）（新記載要領に基づく改訂）  
2005年 4月 1日（新様式第1版）

届出番号 27B3X00059000009

医04 整形用品  
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

### 滅菌力ネクラガーゼ

再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

#### 【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼをそのまま又は重ねて折り畳んだ布状  
繊維で、滅菌パックで包装しEOG滅菌したものである。  
本品は、白い布で、におい及び味はない。  
セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液  
体の吸収を行う。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

※水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少  
ない清潔な場所に保管すること。

##### 2. ※有効期限

滅菌パックに記載（自己認証による）

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官  
の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に  
適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具  
をいう。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 ケアライフ・メディカルサプライ株式会社  
大阪府堺市西区浜寺石津町西2丁1番6号  
TEL 072-241-8171

※ <http://www.care-life.co.jp/>

#### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

#### 【使用上の注意】

##### ・重要な基本的注意

1. 本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
2. 滅菌製品の為、開封後は全量消費して下さい。
3. 体内に留置しないこと。
4. 使用後は、感染防止に留意し衛生的に処置してください。