

パルスオキシメータ YX301

【警告】

・本品は、医師、医療従事者、及びその指示を受け使用方法の説明を受けたものが使用すること [不適切な使用による怪我や損傷を避けるため]
 ・本品は、患者の状態を知るための補助的な装置として設計されたものである。必ず臨床上の兆候・症状を観察しながら総合的に診断を行うこと。また、測定結果の精度に疑問が生じた場合は、別の方法で確認すること[誤診断・誤った治療の原因となりえるため]

【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

・本品の測定は成人・小児の患者の指先に適用する。
 ・本品の材料に対し、過敏症のある患者に使用しないこと（本体：ABS樹脂、測定部分：シリコンゴム）

＜併用機器＞

・電磁波を発生させる機器とともに使用しないこと[事故や誤った診断・治療を行う原因となりえるため]

＜使用方法＞

・本品の測定値は、睡眠中の呼吸異常モニタとして使用しないこと [使用用途と異なるため]
 ・本品を長時間装着し続けないこと [装着部分の圧迫や炎症のおそれがあるため]

＜その他の機能＞

・電源電圧が低く、本品の動作に影響する可能性がある場合、低電圧警告が画面に表示される。
 ・測定時、クリップ部分に指が 8 秒間挿入されない場合、測定が自動的に停止する。

【使用目的又は効果】

動脈血の経皮的酸素飽和度を測定し、表示すること。

【使用方法等】

＜使用前準備＞

本体裏面の乾電池カバーを開け、1.5V 単 4 形乾電池 2 本を＋－極性表示に従って挿入し、カバーを閉じる。



＜測定方法＞

- ① 本体の画面を上にして、クリップ部分をつまみ、測定部分を開く。
- ② 爪を上にして、指先がゴム部分に触れるまで挿入し、クリップを放して指を軽くささむ。
- ③ 電源ボタンを 1 回押すと、測定が開始される。
- ④ 測定信号が安定すると 5-8 秒で測定値が表示される。
- ⑤ 使用後は、クリップ部分をつまみ、指を外す。外して約 8 秒で自動的に電源が切れる。

＜仕様＞

型番	PO-YX301
外形寸法	66mm×35mm×30mm
質量	23g（電池を含む場合：約 54g）
電氣的定格	1)定格電圧：DC3V 2)電源：単 4 形アルカリ乾電池（1.5V×2 個） 3)機器の分類： 電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器 電撃に対する保護の程度による装着部の分類：BF 形装着部 4)水の侵入に対する保護等級：IP22
酸素飽和度 (SpO2)	測定精度：±2% 測定範囲：70%～100%
脈拍数	測定精度：±1%または±1bpm

【形状、構造及び原理等】

＜各部分の名称＞



＜表示ディスプレイ＞



＜構成品＞

本体、ストラップ

＜作動・動作原理＞

血中のヘモグロビンには酸素が付加された状態と、ない状態（酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビン）で吸光特性が異なる。この特性を利用し、本品では 2 種類の波長（波長 660nm 及び 940nm）を LED 光源から指先の動脈血中に照射し、血中ヘモグロビンの吸光度を測定することで、酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビン比率から機能的酸素飽和度（SpO2）を算出する。本品では、脈拍（PR）も同時に測定することが可能である。

取扱説明書を必ずご参照ください。

(PR)	(大きい方) 測定範囲: 25bpm~250bpm
使用環境条件	周囲温度: 5℃~+40℃ 相対湿度: ≤80%RH (結露なきこと) 気圧: 860hPa~1060hPa
保管環境条件	周囲温度: -20℃~+55℃ 相対湿度: ≤93%RH (結露なきこと) 気圧: 500hPa~1060hPa

保管方法: 周囲温度: -20℃~ +55℃、湿度: ≤93 % 結露なきこと)、気圧: 500hPa~1060hPa

有効期間: 製造より5年間[自己認証による]
(使用期限は本品の包装に記載)

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検＞

- ・点検: 日頃から本品に変形・汚れ・表示の異常がないかなどをご確認ください。
- ・掃除・消毒: 汚れが目立つ場合、もしくは消毒する場合は、使用後に70%エタノールや70%イソプロパノールを綿等の柔らかい布に含ませ拭いてください。

＜業者による保守点検＞

- ・本品の点検・修理は製造販売元の指定した業者が行うこと。(使用者が電池交換以外で本体を分解しないこと)
- ・取扱説明書をよく読み、適切な方法で使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社グロックス

所在地 東京都中央区晴海 1-8-10

トリンスクエアX 棟 25 階

TEL/FAX 03-5859-5966 / 03-5859-5965

製造業者: JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. (中華人民共和国)

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品の測定は成人・小児の患者の指先に適用する。
ただし、30 kg未満の方には使用しないこと。
- ・本品を長時間装着したままにしないこと。
(同一箇所への装着は5分以下にする。)
- ・測定値が不適切な可能性がある場合、表示ディスプレイには測定値が表示されません。
- ・下記の環境では正確に測定できない可能性がある。
—電気手術器や除細動器の近くで使用する場合
—本品を使用中の腕に他の電気・電磁的機器や血圧測定器、カテーテルなどを装着している場合
—不整脈がある場合、また脈拍が小さい場合
—心不全やショック状態の場合
—激しい動体がある場合
—機能不全ヘモグロビンが多い場合、またはヘモグロビン値そのものが低い場合
—色素製剤が血液中にある場合
—使用する指にマニキュアや付け爪などをしている場合
—光が過度に強い環境
—水中及び湿度が過度に高い環境
- ・掃除、消毒は【保守・点検に係る事項】の通り行うこと。
- ・充電式電池は使用しないこと。また、本品を長時間使用しない場合は電池を外しておくこと。
- ・バッテリーを含めた本品や部品の破棄は地域廃棄・リサイクル法に従い破棄すること。

＜相互作用＞

- ・本品は電気手術器 (ESU) の影響を受ける可能性があります。影響を受けにくい場所で使用してください。
- ・本品は携帯形及び移動形 RF 通信機器の影響を受ける可能性があります。ご使用前に本品が正しく動作していることを確認してください。
- ・本品は他の医療機器との同時使用が可能ですが、医療施設やその他の環境において、電磁波を発する機器やノイズの発生源に本品を近づけた場合や、発生源の電磁波強度によって影響を受ける可能性があります。ご使用前に本品が正しく動作していることを確認してください。
- ・除細動器を使用する際は、必ず本品を取り外してください。

【保管方法及び有効期間】

取扱説明書を必ずご参照ください。