医療用品 06　視力表及び色盲検査表
一般医療機器　色覚検査機器　JMDN 12810000

色覚検査装置　ＣＣＴ－ＨＤ２０

【形状・構造及び原理等】

1. 構成
本装置は、医療用コンピュータ、ＵＳＢキーパッドで構成されます。

2. 外観



3. 電気的定格
定格電圧　：　１００－２４０ＶＡＣ
周波数　：　５０／６０Ｈｚ
消費電力　：　１００Ｗ

4. 機器の分類
電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅠ機器
電磁両立性規格への適合：IEC60601-1-2:2014 に適合している。

5. 動作原理
液晶画面にコントラストを変化させながらカラーのランドルト環又はMTF 視標を表示し、被験者の応答により、色覚検査を行います。

詳細は「取扱説明書」を参照のこと。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的
色覚検査に用いる。

【品目仕様等】

コンピュータモニター
解像度　：　1920 x 1080

【使用方法等】

（1）ＰＣの電源を入れます。
（2）起動後、ログインページが表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力しログインします。
（3）患者画面で患者情報を入力します。
（4）検査条件を設定します。
（5）患者に応答方法を説明し、検査を開始します。
（6）検査終了後、検査結果が表示されますので、必要に応じてプリントアウト等を行います。
（7）ログアウトして、ＰＣを終了します。

詳細は「取扱説明書」を参照のこと。

【使用上の注意】

1.　重要な基本的注意
・装置を使用する際は動作環境を守ること。[装置を正常に作動させるため。]
・高齢者等への検査の場合、支障がある場合は介助者を付けることなどすること。[異常時に早急に対処するため。]
2.　機器を設置するときは次の事項に注意すること
・プリンタを使う場合、患者の環境外になるよう本体から最低1.5m の距離に置くこと。
・内蔵されたコンピュータに認められていないファイルやプログラムを使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1.　環境条件
温度：-20～60℃　湿度：10～90%（但し、結露なきこと。）
気圧：700 ～1060 hPa
2.　使用期限
正規の保守点検を実施した場合に限り、納入した時から 5 年。（自己認証による）

詳細は「取扱説明書」を参照のこと。

【保守点検に係る事項】

[保守・点検上の注意]
・弊社が認めた技術者以外は、分解・修理等を行わないこと。
・万一装置が故障した場合は、電源コードをコンセントから抜き、弊社または購入先まで連絡すること。
・しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
[業者による保守点検事項]
アフターサービス
保守点検の際は、弊社へご連絡ください。

詳細は「取扱説明書」を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社　コーナン・メディカル
住所　：兵庫県西宮市宮西町10-29
電話番号　：0798-36-3456

製造業者名　：Konan Medical USA, Inc.
住所　：15770 Laguna Canyon Road, Irvine, CA 92618 USA

取扱説明書を必ずご参照ください。