

2022 年 2 月 3 日（新様式第 1 版）

医療機器製造販売届出番号：13B1X10100000106

歯 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 34811000

Coreprint レジン

【警告】

歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。

【包装】

1 kg/ボトル

【形状・構造及び原理等】

概要

本品は、歯科用模型等を作る樹脂系材料である。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：コアフロント株式会社

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-11

TEL：03（5579）8710

本品は以下の構成から成る。

製品名	製品番号
Coreprint レジン	U-1039L2

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科用模型等を作る樹脂系材料である。

【性能及び安全性に関する規格】

目視	液体状態で異物が入っていないこと
----	------------------

【操作方法又は使用方法等】

- ・本品は、歯科用模型等を作る樹脂系材料である。光で重合する性質を利用し、3D プリンターにて造形する。
- ・具体的使用方法はマニュアルをご参照ください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・本品の使用に際しては、歯科技術に熟練し、かつ製品特性を十分に理解した歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。
- ・本品は、記載の使用目的以外には使用しないこと。

【貯蔵・保管方法および使用期間等】

本品は、高温多湿を避け、暗所で保管すること。

本品は、歯科医療関係者以外が触れないように適切に保管

- ・管理すること。