

類 別: 機械器具 39 医療用鉗子
一般的名称: 鉗子
一般医療機器 (JMDN コード 10861001)

販売名: 麦粒鉗子

【禁忌・禁止】

1. 本製品は使用目的以外には使用しないこと。誤った使用方法は、本品の破損を招く恐れがある。
2. 本製品の加工、改造等は絶対に行わないこと。振動、切削、打刻等により製品を著しく劣化・消耗させ、故障・破損の原因となる。
3. 本製品の使用にあたり、この添付文書を事前に十分理解すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 原材料/材質 ステンレス鋼
2. 形状・構造
先端は直型及び曲型のものがあり、把持部の形状は麦粒の様な形をしている。

代表例



3. 作動・動作原理

本製品は、ハンドル部を操作することにより先端部が開閉し、目的部位を把持又は圧迫などする。

【使用目的又は効果】

本製品は、臓器、組織等を非外傷的に把持又は圧迫するため用いる手術器械である。洗浄などのために、他の器具を把持する際にも用いられる。

【使用方法等】

他項目を参照し、適宜使用すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

本品がハイリスク手技に使用された場合には、ブリオン病感染症予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。本品がブリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

- (1) 本製品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を施すこと。
- (2) 本製品の使用前に、変形・傷がないか、ネジなどの緩み、外れ等がないか、先端が把持出来るかなど不具合を確認の上使用すること。不具合を発見した場合には使用しないこと。
- (3) 使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。又、折損・曲がりの原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を

加えないこと。

- (4) 使用後は、表面に付着している血液、体液、組織片及び薬品等が乾燥しないように直ちに洗浄すること。その際、取り外し可能な物は取り外し、そうでない物は可動部を良く動かしながら洗浄を施すこと。
- (5) 塩素系およびヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので出来るだけ使用を避けること。使用中に付着した時には水洗いすること。
- (6) 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また器械の表面を損傷するので併用しないこと。
- (7) 本製品は金属であるため、度重なる使用による材料自身の疲労により破損することがある。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 貯蔵・保管にあたっては、洗浄後、腐食を防ぐために保管の長短に拘らず必ず乾燥を行うこと。
- (2) 清菌済みのものを貯蔵・保管するに当たっては、高温・高湿を避け、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用後は出来るだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
- (2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な温度で使用すること。強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用を避け、必ず医療用の中性洗剤を使用すること。
- (3) また、金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- (4) 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすぎには、浄化水を用いることを推奨する。
- (5) 洗浄後は鏽・腐蝕防止のために直ちに乾燥させ、出来れば乾いた布で再度拭き取ること。
- (6) 汚れが残った状態で滅菌・消毒を行わないこと。
- (7) 可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布することを推奨する。
- (8) 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。

例: 高圧蒸気滅菌 (温度:121°C 時間:20分)
又はエチレンオキサイド

尚、滅菌のためのセット・包装に当たっては、可動部は開放するなど確実に滅菌出来るよう配慮すること。

【包装】

1 本単位 ビニール袋包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元: 有限会社コラボレイツ

住所: 〒113-0033
東京都文京区本郷3-31-14 小池ビル
TEL: (03) 5840-7023 FAX: (03) 5840-7043
製造元: Enika Trading Co. Pakistan
医療機器外国製造業者認定番号: BG12400008