添付文書

器 65　歯科用充填器

一般医療機器　　歯科用マトリックスバンド　　JMDN：16195000

セルロイドストリップ

再使用禁止。

【禁忌・禁止】
・再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】
［形状、構造］
セルロイド製の透明色のマトリックスバンドであり、容器にカッターがついており、必要な長さに切り取って使用する。

種類	厚み	幅	全長
8mm（ブルー）	38μ	8mm	21.2m
10mm（オレンジ）	38μ	10mm	21.1m

［原材料］
ポリエステル

［原理］
修復材に一般的輪郭を与え、修復材を閉じ込めるステンレス製又はポリエステル製のバンド又は短いチューブをいう。マトリックスリテイナ（このバンドを歯の周囲にぴったりと引き付けることができる器具）により所定の位置に取り付ける。修復する歯の形状のほか、隣接する歯の位置に応じて適切な形になるように輪郭をつける。

【使用目的又は効果】
修復材に一般的輪郭を与え、修復材を閉じ込めるステンレス製又はポリエステル製のバンド又は短いチューブをいう。マトリックスリテイナ（このバンドを歯の周囲にぴったりと引き付けることができる器具）により所定の位置に取り付ける。修復する歯の形状のほか、隣接する歯の位置に応じて適切な形になるように輪郭をつける。

【使用方法等】
①適切な本品の種類を選択する。
②必要なサイズの長さにカットし、歯に装着して形を整える。
③修復材をその使用方法に従って充填し、修復材を閉じ込めることによって一般的輪郭を与える。
④修復材が硬化後、マトリックスバンドを歯から取り外す。

【使用上の注意】
・本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
・直射日光や高温、多湿な場所はさけて保管すること。
・歯科医療従事者以外が触れないように、適切な場所に保管すること。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避けること。
・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	（株）ビーエスエーサクライ
住所	愛知県名古屋市天白区高島 1-117-1
ＴＥＬ	052-805-1181
外国製造業者	INTER-DENTAL R&DCENTER CO.Ltd ｲﾝﾀｰﾃﾞﾝﾀﾙ ｱｰﾙｱﾝﾄﾞﾃﾞｨｰ ｾﾝﾀｰ ｶﾝﾊﾟﾆｰﾘﾐﾃﾞｯﾄﾞ
国名	韓国