添付文書
器 25　医療用鏡
一般医療機器　歯鏡　JMDN：31776000

グラスソフィア　Ｎｏ．４

【禁忌・禁止】
・破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】
［形状・構造］
ミラーヘッド部及び本体ハンドル部から構成される手持型器具である。色はブルー、グリーン、イエロー、ピンクがある。（全長：約 175㎜）

［原材料］
ミラー部：ガラス
本体部：PP

［原理］
口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

【使用目的又は効果】
口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

【使用方法】
① 使用前にオートクレーブ滅菌（121℃　20 分）がされていることを確認する。（滅菌の方法はそれぞれの滅菌器のメーカーの使用説明書に従って行うこと。）
② 本体ハンドル部を手に持ち、先端ミラー部により、口腔内の診察又は排圧に用いる。
③ 使用後は、流水下で柔らかいブラシを使用し、汚れを落とした後、オートクレーブ滅菌（121℃　20 分）を行う。（滅菌の方法はそれぞれの滅菌器のメーカーの使用説明書に従って行うこと。）

【使用上の注意】
・損傷、変形、劣化の認められるものは使用しないこと。
・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
・歯科医療有資格者以外が使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避けること。
・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

［有効期間］
・有効期間等の定めはないが、破損や劣化が見られる場合は使用をさけること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	（株）ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島一丁目 117-1
ＴＥＬ	052-805-1181
外国製造業者	B. H MEDICAL PRODUCTS CO.、LTD.（ﾋﾞｰｴｲﾁ ﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ）
国名	中国