添付文書
器 25　医療用鏡
一般医療機器　　双眼ルーペ　　JMDN：32692000

オプテックス５

【禁忌・禁止】
・本機器で直接太陽を見たり、レーザー装置などの高輝度の照明装置を見たりしないこと。（眼に重篤な重症を負う恐れ）
・本機器は防水加工されていないため、湿気のあるところでの保管及び使用はしないこと。また、水がかからないようにすること。

【形状、構造及び原理等】
＜形状、構造＞



倍率	5 倍
作業距離	350～600㎜
視野範囲	50㎜
瞳間距離	52～76㎜
重量	105ｇ

＜原理＞
外科処置時に術者が装着するレンズから成るシステムをいう。小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。通常、双眼で用いられ、観察野に直接光を供給する外部光源と接続することもできる。

【使用目的又は効果】
外科処置時に術者が装着するレンズから成るシステムをいう。小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。通常、双眼で用いられ、観察野に直接光を供給する外部光源と接続することもできる。

【使用方法等】
1. 本機器を頭部に装着する。
2. 瞳間距離調節ノブで瞳間距離を調節する。

【使用上の注意】
・本機器の使用前に、各部のゆるみがないことを確認すること。
・使用前にレンズに汚れ、損傷がないことを確認すること。
・本機器を高いところから落下させたり、衝撃を加えないこと。
・レンズ部分が硬い物体に接触しないように注意すること。
・本機器は耐熱性ではないため、滅菌等で加熱しないこと。
・使用後は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した毛羽立ちのない柔らかい布を硬く絞り、レンズ部分を軽く叩くようにして汚れを落とすこと。（頑固な汚れには、70%のアルコールを浸み込ませた毛羽立ちのない柔らかい布で清掃すること。）

・浸水、薬液浸漬は行わないこと。
・分解・改造は一切しないこと。
・本機器は、【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】
＜保管方法＞
・水のかかるところ、湿気があるところでは保管しないこと。
・歯科従事者以外が触れないように、適切に保管すること。
・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこと。
小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者　㈱ビーエスエーサクライ
住　　所　名古屋市天白区高島 1-117-1
電 話 番 号　052-805-1181
外国製造業者　B. H MEDICAL PRODUCTS CO.、LTD.（ﾋﾞｰｴｲﾁ ﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ）
国　　名　中国