医 04 整形用品 一般医療機器 医療ガーゼ JMDN コード 13700000

滅菌ニュータンポンガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

* 綿 100%の綿糸により構成された帯状のガーゼを酸化エチレンガス (EOG) による滅菌を行ったものである。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護の ため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的 とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

* 使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

【使用上の注意】

- ・ 重要な基本的注意
- ** 1. 体内に留置しないこと。
 - 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- * 3. 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所保管すること。

**2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者 ハクゾウメディカル株式会社
- * 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
- ** http://www.hakuzo.co.jp/
 TEL 06-6942-0451((t))