

医 04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ JMDN コード 13705000

円柱スポンジG

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- X線造影糸部分を直接挿んで使用しないこと。
[切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]
- 電気メス等を近付けないこと。[引火する恐れがある]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

*大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

*<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)

[X線造影材]

名称	成 分
X線造影糸	・硫酸バリウム (造影剤) ・スチレン系エラストマー (固定材) ・TET 5MA636 GRN (着色剤)

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸收、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

- * 袋から取り出し、不潔にならないように注意して取り出し、出血の制御、液の吸收、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官保護のため用いる。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
- 1. 体内に留置しないこと。
2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
3. 包装開封後、速やかに使用すること。