

機械器具 66 歯科用練成器

一般医療機器 歯科用練成器具 70682000

## クリアミキシングチップ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

本品は再使用しないこと。

#### 【形状・構造及び原理等】

形状：



材質：プラスチック

#### 【使用目的又は効果】

歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和する器具。

[使用目的]

\* 歯科接着用レジンセメント（キャリブラ セラム）の混和に用いる。

#### 【使用方法等】

- \* 1. キャリブラ セラム（別売）のデュアルバレルシリンジの先端キャップを外し、本品を取り付けます。
2. 本品が確実にシリンジに取り付けられていることを確認し、ピストンを押して混和されたセメントを射出します。
3. 使用後、速やかにシリンジから本品を外します。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. 使用前に、本体内部に異物がないことを確認し、シリンジ等に確実に取り付けられていることを確認すること。
2. セメントの練和（硬化）時間より前に、本品での操作を終了すること。
3. 使用後は、速やかにシリンジから本品を外すこと。

#### 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 本品は、1回の混和操作毎に使用し、再使用しないこと。
2. 破損や事故等の原因となるので、2次加工（改造）は絶対に行わないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

[保管の条件]

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社

製造国 スイス

\* 製造業者 メッドミックス スイツァーランド社  
medmix Switzerland AG

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

電話番号 0120-789-123