

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器
一般医療機器 ガイド (37150000)
ザイブ ツイストドリル GS 用スリーブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

種類: 9種類

ワイドスリーブ用 (D2.0, D3.0, D3.4, D3.8, D4.5)

ナロースリーブ用 (D2.0, D3.0, D3.4, D3.8)

材質: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

トロカールスリーブの交換時に用いるトロカールガイドロッド等、他の物体を適正な進路に導くために用いる装置、器具又は付属品である。

【使用方法等】

インプラント埋入時、パイロットホールを形成する際に、ツイストドリル GS 用のスリーブとして使用する。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 本品は、汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。
2. 本品は、乾燥した収納ボックスで保管すること。
3. 本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者:

デンツプライシロナ株式会社

**電話番号 0120-667-467

製造業者:

Sirona Dental Systems GmbH (ドイツ)

Dentsply IH AB (スウェーデン)