**2026年2月（第6版）
*2024年7月（第5版）
承認番号：15400BZY00885000

医療用品04　整形用品
管理医療機器　歯科根管ポスト成型品キット 70924000

ラディックス　アンカー

再使用禁止

【禁忌・禁止】
1．ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症既往歴のある患者には使用しないこと。
2．再使用しないこと

【形状・構造及び原理等】
形状：4種類

種類＼寸法	A（直径）	B（mm）	C（mm）	D（直径）
1	1.15	6	2.75	2.5
2	1.35	7	3.85	3.0
3	1.60	9	4.95	4.0
3B	1.60	9	4.95	3.5

成分：

成分	分量　%
鉄	70
クロム	17.5
ニッケル	9.5
その他	3

【使用目的又は効果】
スクリュータイプの支台築造用ポストであり、歯冠部の崩壊した歯牙を修復するために用いる。

【使用方法等】
1．歯管を形成する前にベネトレーションドリルを使用して、根管を拡大します。
2．ルートフェイザーと呼ばれる根面形成用バーを用いて、ラディックスアンカーのヘッド支持面を平坦にします。
3．マンドレルにスパイラルバーを装着して、最終根管形成を手で行います。
4．ゲージを使用して、仕上げた根管の長さと直径、及びラディックスアンカーの最終の位置を確認します。
5．ラディックスアンカーを根管内に試適させます。
6．アンカーを取り外した後、セメントを根管内に充填し、再度アンカーを既に切り込まれているネジ溝に沿ってネジ込みます。
7．根管内にラディックスアンカーを確実に挿し、その後手用レンチを約4回転半回転させて、固定します。
8．セメントが硬化後支台築造を行い、補綴物を装着します。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
1）装着する前に十分試適して、無理のない事を確認すること。
2）各ドリルのリング状のマークを確認してドリリングを行うこと。
3）ドリルのサイズ及び種類は色で表示されているため、同じ色のポストとドリルを使用すること。

【使用上の注意】
1．使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
本品に対し発疹、皮膚炎などの過敏症状がないことを確認すること。また、本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2．重要な基本的注意
1）本品を根管内に装着する時、根管から突出させないよう十分注意すること。
2）本品を根管内に植立する時は無理な応力が加わらないように必ず、十分な根管形成を行うこと。
3）本品は再使用しないこと。
＊ 4）本品はMR Conditionalです。患者は、以下の条件で安全にスキャンすることができます。（自己認証による）

静磁場強度	1.5 T または 3 T
静磁場強度の勾配	40 T/m（4000 ガウス/cm）
RF励起	円偏波
RF送信コイルタイプ	全身送信コイル、頭部RF送受信コイル
全身最大SAR［W/kg］	2.0 W/kg（通常動作モード）
頭部最大SAR［W/kg］	3.2 W/kg（通常動作モード）
スキャン期間の制限	60分の連続RF（中断なしの連続スキャン）で全身平均SAR 2.0 W/kg
MR画像アーチファクト	本品の埋植により、69 mmの画像アーチファクトが発生する可能性があります。
特定のパラメータに関する情報が含まれていない場合、そのパラメータに関連付けられた条件はありません。	

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者　デンツプライシロナ株式会社
製造国　スイス
製造業者　メルファー インスツルメント社
Maillefer Instruments Holding Sàrl

［問い合わせ窓口］
カスタマーサービス
**電話番号　0120-667-467

AQ011