**2026 年 2 月（第 5 版）
*2024 年 7 月（第 4 版）

承認番号：15600BZY00846000

医療用品 04　整形用品
管理医療機器　歯科根管ポスト成形品キット 70924000

ユニメトリック

再使用禁止

【禁忌・禁止】
ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
本品はサイズの異なるポストと、各々のサイズに必要な付属品(ドリル、レンチ)からなる。

形状：

Ref. NO.	名　称	ｻｲｽﾞ名称	種類
215	ユニメトリック (ﾙｰﾄﾎﾟｽﾄ)	0.8mm タイプ 008S 紫,108S 白,108L 白, 208S 黄,208L 黄,308S 赤, 308L 赤	7
		1.0mm タイプ 110S 青,110L 青,210S 緑 210L 緑,310S 黒,310L 黒	6
212	ﾕﾆﾒﾄﾘｯｸ　ﾍﾞﾈﾄﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ	0.8mm ポスト用 008,108,208,308	4
		1.0mm ポスト用 110,210,310	3
213	ﾕﾆﾒﾄﾘｯｸ　ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ	0.8mm ポスト用 008,108,208,308	4
		1.0mm ポスト用 110,210,310	3
214	ﾕﾆﾒﾄﾘｯｸ　ﾌﾟﾘｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ	1.0mm ポスト用	1
201	レンチ	0.8mm,1.0mm 共用	1

種類：ポスト先端の太さは 0.8mm(008S～308L)と
1.0mm(110S～310L)の二種類がある。
また、ポストの頭部形状により S,L の 2 タイプがある。

成分：　(%)

名称	Fe	Cr	Ni	W	C	その他
ﾕﾆﾒﾄﾘｯｸ(ﾎﾟｽﾄ)	70	17.5	9.5	—	—	3
ドリル	96	—	—	1.7	1.25	1.05

【使用目的又は効果】
本品は、スクリュータイプの補綴用ポストとその付属品からなる。根管治療後、歯冠部の崩壊した歯牙を修復するための支台築造に用いる。

【使用方法等】
1）X線画像を参考にして、適切なサイズのポストをセットの中から選び出してください。
2）ポストに適合したベネトレーションドリルを使用して、選択したポストに適した深さまでドリリングしてください。
次にプリキャリブレーションドリル(ネック部黒色)を使用して歯根を拡張し、最終の形成はキャリブレーションドリルで行います。
ドリル上のリング状マークにより、深さを確認できます。
3）レンチを使用してポストを根管内に試適します。
4）ポストもしくは根管内にセメントを塗布して合着します。
5）その上にコアーを形成し、補綴物を装着します。

[使用方法等に関連する使用上の注意]
1）装着する前に十分試適して、無理のない事を確認すること。
2）各ドリルのリング状のマークを良く確認してドリリングを行うこと。
3）ドリルのサイズ及び種類は色で表示されているため、同じ色のポストとドリルを使用すること。

【使用上の注意】
1）使用注意
①ポストを根管内に装着する時、根管から突出さないよう十分に注意すること。
②根管にスクリューポストを植立する時は無理な応力が加わらないよう、必ず、十分に根管形成を行うこと。
③本品は再使用しないこと。

2）重要な基本的注意
①本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
＊ ②本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。(自己認証による)

【保管方法及び有効期間等】
[保管方法]
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者　デンツプライシロナ株式会社
製造国　スイス
製造業者　メルファー インスツルメント社
Maillefer Instruments Holding Sàrl

[問い合わせ窓口]
カスタマーサービス
** 電話番号　0120-667-467

AQ009