**2026年 2月（第5版）
*2024年 7月（第4版）
認証番号：15700BZZ01578000

医療用品04　整形用品
管理医療機器　歯科根管用ポスト成形品　38609000

ＳＮＫスクリューポスト

再使用禁止

【禁忌・禁止】
1. ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
種類：以下19種類

サイズ	太さ (mm)	長さ (mm)	サイズ	太さ (mm)	長さ (mm)
1.0M	1.0	9.3	1.0L	1.0	11.8
1.2M	1.2	9.3	1.2L	1.2	11.8
1.5M	1.5	9.3	1.5L	1.5	11.8
1.8M	1.8	9.3	1.8L	1.8	11.8
2.0M	2.0	9.3	2.0L	2.0	11.8

サイズ	太さ (mm)	長さ (mm)	サイズ	太さ (mm)	長さ (mm)
1.0EL	1.0	14.3	1.0UEL	1.0	17.0
1.2EL	1.2	14.3	1.2UEL	1.2	17.0
1.5EL	1.5	14.3	1.5UEL	1.5	17.0
1.8EL	1.8	14.3	1.8UEL	1.8	17.0
2.0EL	2.0	14.3	－	－	－

材質：ステンレス鋼（鉄、ニッケル、クロム、他）

ラベルカラーコード：以下種類

サイズ	カラーコード色調
φ1.0	ホワイト
φ1.2	イエロー
φ1.5	レッド
φ1.8	グリーン
φ2.0	ブラック

付属品：ＳＮＫスクリューポストドライバー（別売）

【使用目的又は効果】
歯科修復物、補綴物等の維持または補強手段として形成後の根管に挿入する既製の金属ポストである。

【使用方法等】
1. 根管拡大
根管治療を終了した歯牙の根管長をＸ線写真等で確認し、歯科用ドリル（ＳＮＫドリル、等）を用いて通法に従い根管拡大を行う。
2. スクリューポストの試適
根管の太さに合わせて本品を選択し、試適を行い、必要に応じて根管形成を行う。
3. 埋入、支台築造
ＳＮＫスクリューポストドライバーを用いて根管内に本品を植立し、支台築造用材料（コアーマックスⅡ、等）を充填して通法に従い支台築造を行う。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
1. Ｘ線写真等で歯根形状を十分に観察した上で、適切な太さ・長さのポストを選択すること。
2. 根管拡大・形成には推奨のドリルを用いること。
また、根管形状及び選択したポストのサイズに合わせて、十分な根管拡大・形成を行うこと。
3. 本品は直接手指等で取り扱わず、ピンセットやグローブを使用すること。また、本品に手指等が接触したり、本品表面が汚染された場合は、エタノール等で洗浄すること。
4. 本品を根管内に植立する際、ポスト先端が根管から突出しないよう十分注意すること。
5. 本品を無理な力で根管内にねじ込まないこと。
6. 根管内への合着は、支台築造用材料又は合着セメントで行うこと。

【使用上の注意】
1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
ニッケル又は本品成分及び類似成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。また、使用により過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し医師の診断を受けること。

2. 重要な基本的注意
(1) 本品は再使用しないこと。
(2) 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり）などのあるものは、使用しないこと。
＊(3) 本品については、試験によるMR安全性評価を実施していない。（自己認証による）

3. 不具合・有害事象
［有害事象］
掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者　デンツプライシロナ株式会社
製造業者　株式会社シオダ

［問い合わせ窓口］
カスタマーサービス
**電話番号　0120-667-467