**2026年 2月（第5版）
*2024年 7月（第4版）

承認番号：16000BZY00937000

医療用品04　整形用品
管理医療機器　歯科根管ポスト成形品キット 70924000

ユニメトリックT

再使用禁止（ユニメトリックTのみ）

【形状・構造及び原理等】

本品はサイズの異なるポストと、各々のサイズに必要な付属品(ドリル、レンチ)からなる。

形状：

Ref. NO.	名　称	ｻｲｽﾞ名称	種類
215	ユニメトリックT (ﾙｰﾄﾎﾟｽﾄ)	0.8mm タイプ 008S 紫,108S 白,108L 白,208S 黄,208L 黄,308S 赤,308L 赤	7
		1.0mm タイプ 110S 青,110L,青 210Ｓ緑,210L 緑,310S 黒,310L 黒	6
212	ﾕﾆﾒﾄﾘｯｸ　ﾍﾞﾈﾄﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ	0.8mm ポスト用 008,108,208,308	4
		1.0mm ポスト用 110,210,310	3
213	ﾕﾆﾒﾄﾘｯｸ　ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ	0.8mm ポスト用 008,108,208,308	4
		1.0mm ポスト用 110,210,310	3
214	ﾕﾆﾒﾄﾘｯｸ　ﾌﾟﾘｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ	1.0mm ポスト用	1
201	レンチ	0.8mm,1.0mm 共用	1

構成：ポスト先端の太さは0.8mm(008S～308L)と1.0mm(110S～310L)の二種類がある。
また､ポストの頭部形状によりS,Lの2タイプがある。

成分：(%)

名称	Ti	Al	V	その他
ﾕﾆﾒﾄﾘｯｸT　(ﾎﾟｽﾄ)	90	5.5	4	0.5
ドリル	Fe	C	W	その他
	96	1.25	1.7	1.05

【使用目的又は効果】

本品は、スクリュータイプの補綴用ポストとその付属品からなる。根管治療後、歯冠部の崩壊した歯牙を修復するための支台築造に用いる。

【使用方法等】

1）X線画像を参考にして、適切なサイズのポストをセットの中から選び出してください。
2）ポストに適合したベネトレーションドリルを使用して、選択したポストに適した深さまでドリリングしてください。
次にプリキャリブレーションドリル(ネック部黒色)を使用して歯根を拡張し、最終の形成はキャリブレーションドリルで行います。
ドリル上のリング状マークにより、深さを確認できます。
3）レンチを使用してポストを根管内に試適します。
4）ポストもしくは根管内にセメントを塗布して合着します。
5）その上にコアーを形成し、補綴物を装着します。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1）装着する前に十分試適して、無理のない事を確認すること。
2）各ドリルのリング状のマークを良く確認してドリリングを行うこと。
3）ドリルのサイズ及び種類は色で表示されているため、同じ色のポストとドリルを使用すること。

【使用上の注意】

1）使用注意
①ポストを根管内に装着する時、根管から突出させないよう、十分に注意すること。
②根管にスクリューポストを植立する時は無理な応力が加わらないよう、必ず、十分に根管形成を行うこと。
③本品は再使用しないこと。

2）重要な基本的注意
①本品を使用する際には、チタン合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。
②本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
＊ ③本品はMR Conditional です。患者は、以下の条件で安全にスキャンすることができます。(自己認証による)

静磁場強度	1.5 T または 3 T
静磁場強度の勾配	40 T/m (4000 ガウス/cm)
RF 励起	円偏波
RF 送信コイルタイプ	全身送信コイル、頭部 RF 送受信コイル
全身最大 SAR [W/kg]	2.0 W/kg (通常動作モード)
頭部最大 SAR [W/kg]	3.2 W/kg (通常動作モード)
スキャン期間の制限	60 分の連続 RF (中断なしの連続スキャン) で全身平均 SAR 2.0 W/ kg
MR 画像アーチファクト	本品の埋植により、69 mm の画像アーチファクトが発生する可能性があります。
特定のパラメータに関する情報が含まれていない場合、そのパラメータに関連付けられた条件はありません。	

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　デンツプライシロナ株式会社
製造国　スイス
製造業者　メルファー インスツルメント社
Maillefer Instruments Holding Sàrl

[問い合わせ窓口]
カスタマーサービス
** 電話番号　0120-667-467

AQ010