**2026 年 2 月（第 6 版）
*2024 年 7 月（第 5 版）

承認番号：20200BZY00432000

医療用品 04　整形用品
管理医療機器　歯科根管ポスト成形品キット 70924000

ＳＴＰ　Ｔ セット

再使用禁止（レストラティブピンのみ）

【禁忌・禁止】
再使用禁止（レストラティブピンのみ）

【形状・構造及び原理等】
本品はスクリュータイプ補綴用ピン(レストラティブピン)、その付属品(スパイラルドリル、マンドレル)からなる。

構成：スクリュータイプピン(レストラティブピン)と付属品よりなる。

Ref.No	名　称	備考
200	レストラティブピン	ピン
58	スパイラルドリル	付属品
208/S	マンドレルＳ	
208/L	マンドレルＬ	

成分：
1）ピン　　ﾁﾀﾆｳﾑ 90, ｱﾙﾐﾆｳﾑ 6 、ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ 4
2）ドリル　　鉄 96、 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 1.7、炭素 1.25
3）マンドレル　　鉄 74、クロム 18、ﾆｯｹﾙ 8

【使用目的又は効果】
スクリュータイプの補綴用ピンとその付属品からなり、有髄破折歯の修復用リテンションピンであり、歯冠修復の補強材として使用する。

【使用方法等】
1．治療する有髄歯の欠損部をスパイラルドリルでドリリングします。
2．ドリリングした穿孔にレストラティブピンを手で回しながら挿入し、スナップをきかせてピンを折ります。
(ピンは一定な箇所が折れ易い構造になっております。)
3．レストラティブピンの挿入にエンジンを使用する場合は任意の長さのマンドレルを選択して、ピンを装着し、コントラに付けて歯牙に挿入します。
4．挿入が終わったらコントラに装着した状態で、曲げてピンを折ります。
5．ピン挿入後、歯牙欠損部を修復します。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
装着する前に無理のない事を確認すること。

【使用上の注意】
1．使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
本品に対し発疹、皮膚炎などの過敏症状がないことを確認すること。また、本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

2．重要な基本的注意
1）スパイラルドリルとレストラティブピンは太さが適合しているため、緑色で表示しているが、同じ色のピンとドリルを使用すること。
2）穿孔にピンを植立する時は無理な応力が加わらないよう注意すること。
3）レストラティブピンは再使用しないこと。
＊ 4）本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。（自己認証による）

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元　　デンツプライシロナ株式会社
製造国　　スイス
製造元　　メルファー　インスツルメント社
Maillefer Instruments Holding Sàrl

［問い合わせ窓口］
カスタマーサービス
** 電話番号　　0120-667-467

AQ002