**2026 年 2 月（第 5 版）
*2022 年 7 月（第 4 版）

承認番号:20700BZY01229000

医療用品 04 整形用品
高度管理医療機器 歯科用インプラントアバットメント（70910000）

# フリアリット2 アバットメント （テレスコープアバットメント MH6）

**再使用禁止**

**【禁忌・禁止】**
1. 次の患者には使用しないこと。
（1）口腔又は口腔周辺に悪性と疑われる腫瘍がある患者。
（2）放射線療法を受けている患者。
（3）口腔粘膜に疾患のある患者。
（4）変形性骨炎（多発性神経線維腫、骨粗鬆症等）の患者。
（5）代謝障害（糖尿病、甲状腺機能障害、人工透析等）のある患者。
（6）血液疾患のある患者。
（7）麻薬常用者、薬物乱用者、医薬品などの副作用の既往症がある患者。
（8）一般的外科処置を施行できないと医師が判断した感染症患者及び心身症の患者。
2. 再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**
本品は次の（1）～（2）で構成されており形状は下図のとおりである。
（1）テレスコープアバットメント MH6
（2）アバットメントスクリュー スタンダード D3.0（直径 3.0 用）又は
アバットメントスクリュー スタンダード D3.4 － D5.5（直径 3.4～6.5 用）

（1） （2）

テレスコープアバットメント MH6 のサイズはインプラントの直径別に 3.0mm、3.4mm、3.8mm、4.5mm、5.5mm と 6.5mm の6種類がある。

材質
（1）テレスコープアバットメント MH6：
3.0～3.4mm：チタン合金、3.8～6.5mm：チタン
（2）アバットメントスクリュー スタンダード D3.0、アバットメントスクリュー スタンダード D3.4 － D5.5：チタン合金

**【使用目的又は効果】**
本品はフリアリット2インプラント及びザイブの上部構造物を作るための支台となる。高度な審美性を必要とする部位のポーセレンを焼き付けた単冠、デンチャー及び可撤式ブリッジ作製の際に使用する。

［使用目的］
歯科用インプラント材の上部構造体として用いる。

**【使用方法等】**
1. インプラントアナログの上部に本品を装着した模型を作製する。
2. 模型上で本品を必要な形にトリミングする。または、模型上ではなく、ミリングエイドを用いて本品をネジ止めしてミリングベースを作製し、その上で本品を必要な形にトリミングしたのち模型上に戻す。
3. 通法どおり技工作業を行い、模型上で上部構造物を作製する。
4. 口腔内でインプラント上部に本品を装着し、付属のアバットメントスクリュー スタンダード D3.0 又はアバットメントスクリュー スタンダード D3.4 － D5.5 を用いて固定する。
5. 作製した上部構造物を本品に被せ、咬合をチェックし、セメント合着して固定します。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
1）本品のインプラント体に接触する面は、サンドブラストなどの処理をしないこと。
2）スクリューの締め付けは 24Ncm のトルクで行うこと。

**【使用上の注意】**
［重要な基本的注意］
1. 患者処置履歴管理のために内装ブリスターパックに貼付されている製造番号シールをカルテに貼付すること。
2. 上部構造物装着後の定期的観察については最長でも6ヶ月毎に一度実施し、その際には補綴物やインプラント体自体の動揺、レントゲンでの確認及びインプラント部のプロービングなどを精査すること。
3. 本品は、強い応力やひねりを加えると変形・破損することがあるので、取り扱いに十分注意すること。
*4. 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。
［自己認証による］

**【保管方法及び有効期間等】**
［保管方法］
常温常湿にて、密封状態のまま保管すること。

**【保守・点検に係る事項】**
本品は滅菌されていないので、使用前に滅菌すること。
滅菌方法：高圧蒸気滅菌 121℃で 15 分以上

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売業者：デンツプライシロナ株式会社
製造業者：シロナデンタルシステムズ
（Sirona Dental Systems GmbH）
デンツプライアイエイチエービー
（Dentsply IH AB）
製造国：ドイツ、スウェーデン

**［問い合わせ窓口］
* カスタマーサービス
電話番号 0120-667-467

取扱説明書を必ずご参照下さい。

AG052