**2026年 2月（第5版）
*2017年 1月（第4版）
承認番号：22200BZX00001000

機械器具49　医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器　電動式歯科用根管リーマ　31875022

メルファーガテスリーマー

【形状・構造及び原理等】

種類：下記のとおり

種類	刃部直径（mm）
#1	0.50
#2	0.70
#3	0.90
#4	1.10
#5	1.30
#6	1.50

シャンクのタイプ／全長

タイプ	全長（mm）
ＣＡ用	28，32
ＨＰ用	60.5

材質：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

ステンレス鋼製の歯科用リーマーで、根管口の拡大形成などに用いる。

［使用目的］
根管壁のステップ修正及び根管口の拡大形成

【使用方法等】

1．コントラに装着し、低速（500～800rpm）で根管の側壁に軽く接触させて切削を行います。
2．軽い圧で押しつけ、根管の走行を確かめながら切削します。
3．本品を引き上げるときには、根管壁に軽く押しつけながら引き上げ、漏斗状に根管を形成するようにしてください。
4．根尖部が湾曲している根管では、本品による形成は必ず湾曲部の手前でとどめてください。
湾曲部分までを形成しようとすると必ずステップをつくってしまうので、注意が必要です。
5．本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌してください。
（1）付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
（2）洗浄液から取り出して水洗し、必要であれば超音波洗浄を行い、血液、組織などを完全に取り除き、消毒液に浸漬します。
（3）消毒液から取り出して水洗し、十分に水切りしてください。
（4）オートクレーブなどで滅菌してください。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
1）コントラメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
2）予め患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
3）切削片が多く、根管内が目詰まりしやすいので、十分な注水下で切削すること。

【使用上の注意】

［重要な基本的注意］
1）本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
2）本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
3）損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）などのあるものは使用しないこと。
4）折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。
5）目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。
6）本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
7）本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
8）洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
9）強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐蝕させる恐れがあるので、使用を避けること。また、金属たわし、クレンザーなどは、本品の表面が損傷するので使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］
本品は、清潔な場所に保管すること。
本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

＊【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　デンツプライシロナ株式会社
製造国　スイス
製造業者　メルファー インスツルメント社
Maillefer Instruments Holding Sàrl

［問い合わせ窓口］
カスタマーサービス
** 電話番号　0120-667-467