**2026 年 2 月（第 5 版）
*2022 年 7 月（第 4 版）

認証番号: 228AMBZX00003000

歯科材料 02　歯冠材料
管理医療機器　歯科インプラント用上部構造材　（70819000）

テーパーキャップ　5°

再使用禁止

【警告】
・インプラント治療に必要な組織の不足、あるいは感染はインプラントの正常な機能に影響する可能性がある。
・適切な数、サイズのインプラントを埋入し、各インプラントへの荷重を軽減させること。
・外傷性荷重によってオッセオインテグレーションの喪失あるいはコンポーネントの破損が起こる可能性がある。
・上部構造体とコンポーネントの不適合、垂直的、水平的荷重は外傷性荷重の原因となる可能性がある。
・他社製品と組み合わせまたは併用をすると正常な機能に影響する可能性がある。
・本品の MRI 検査に伴う影響は確認されていない。

【禁忌・禁止】
・再使用禁止
・顎骨の病変を有する患者
・治療部位に埋伏歯、残根のある患者
・放射線治療を行っている部位に術部のある患者あるいは治療後１年を経過していない患者
・金合金にアレルギーを有する患者
・治療に対し過度な期待を有する患者
・先天的・後天的な凝固障害を有する患者、または抗凝固治療患者への使用
・コントロールされていない糖尿病、喫煙、過度の飲酒、代謝障害などの治癒障害、骨再生障害をおこす疾患
・化学療法や放射線治療などの免疫反応抑制治療の患者
・歯肉炎、歯周炎などの感染症や炎症を有する患者
・歯ぎしりなど非機能障害を持つ患者で、その治療をしていない患者
・口腔内衛生状態が悪い患者
・治療に対し非協力的な患者
・開口障害、顎関節障害およびクリアランスが不十分な患者

【形状・構造及び原理等】
本品は、以下の２種のキャップで構成されている。

リテンションあり

リテンションなし

材質：金合金

【使用目的又は効果】
埋植後の歯科用インプラントから口腔内へ露出したアバットメントに機械的に固定するために用いる。

【使用方法等】
1．印象採得
テーパーキャップ　5°　リテンションありを最終補綴物作製用トランスファーとしてアバットメントに装着し、印象を採得する。
2．最終補綴物の作製
メタルフレームを使用する修復時にはテーパーキャップ　5°　リテンションなしを使用する。

【使用上の注意】
1．使用注意
・本品は、汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。
・使用の際は適切な保護衣等を着用すること。
・口腔内では削合や研削を行わないこと。
・未発達な顎骨に使用する際は十分な診査・診断を行うこと。

2．重要な基本的注意
・使用前に各製品の状態を確認し、欠損等の問題がある場合には使用しないこと。万一の場合に備えて予備の製品を揃えておくことを推奨する。
・使用中は常に患者の全身及び口腔内の状態を観察し、少しでも異常が認められた場合は直ちに治療を中止し、適切な処置を行い、安全を確保すること。
・インプラント治療を開始する前に、顎骨と残存歯の病変は治療が終了していること。
・製品のトレーサビリティを確保するために品番、品名及びロット番号を診療録に記録すること。
・十分なインフォームドコンセントを得ること。
・術中に患者が本品を誤飲、誤嚥しないように、本品に予め適切な処置をし、十分注意して使用すること。
・本品は、無理な角度、過度の加圧での使用により破折、破損することがあるので、取り扱いに注意すること。
・使用状況により、コンポーネントやインスツルメントの破折や破損があるので注意すること。
・本品は未滅菌のため、使用前に適切な洗浄、消毒、滅菌を行うこと。
・滅菌する際は、高圧蒸気滅菌　132℃、4　分間（プレバキューム式）又は135℃、3 分間（グラビティ式）を行うこと。
*・本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。
［自己認証による］

3．相互作用
マニュアルに規定されているインスツルメント及びコンポーネントと共においてのみ使用すること。

4．不具合・有害事象
・アレルギー
・オッセオインテグレーションの喪失
・オッセオインテグレーション不良
・感覚麻痺
・感染
・機能障害
・血腫、腫脹
・口腔粘膜損傷
・骨壊死
・骨欠損
・骨折
・審美障害
・脱落
・知覚異常、知覚過敏、知覚不全
・疼痛
・動揺
・破折
・破損
・発疹
・浮腫
・咀嚼機能麻痺

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
1．本品は、高温、多湿、直射日光を避け、常温、常湿で保管すること。
2．歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

AG106

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：デンツプライシロナ株式会社
製造業者：シロナデンタルシステムズ
（Sirona Dental Systems GmbH）
デンツプライアイエイチエービー
（Dentsply IH AB）
製造国：ドイツ、スウェーデン

＊[問い合わせ窓口]
カスタマーサービス
＊＊電話番号 0120-667-467

取扱説明書を必ずご参照下さい。

AG106