2016年3月 第3版(新記載要領に基づく改訂)

2013年7月 第2版

届出番号:23B3X00018000009

医 04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

X線入医療ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. X線造影系を直接挟んで使用しないこと。

【切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがあるため】

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼにX線造影系を織り込んだ布状製品です。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的として、X線で検知可能な成分を含有する。

【使用方法等】

- 使用目的に応じ、適宜使用すること。
- 滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

- 体内へ留意しないこと。
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- 滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社酒井商店

愛知県名古屋市西区城西 2-21-12

TEL 052-524-0615