

2016年3月 第2版(新記載要領に基づく改訂)

2009年10月 第1版

届出番号:23B3X00018000014

医 04 整形用品

一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

## 医療脱脂綿

### 再使用禁止

---

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

綿 100%の脱脂綿

#### 【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

#### 【使用方法等】

- 適宜使用すること。
- 滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

#### 【使用上の注意】

- 体内へ留意しないこと、
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- 滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。
- 綿の表面あるいは内部に、黒色や黄色の斑点が見られることがあります。これは綿の実殻ですので品質上問題はございません。

#### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社酒井商店

愛知県名古屋市西区域西 2-21-12

TEL 052-524-0615