

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具

一般医療機器 歯科印象採得用トレー JMDN16350000

トリキリトレー

【形状・構造及び原理等】

1) 形状



上顎用

サイズ	1	2	3
A	60mm	73mm	25mm
B	55mm	70mm	23mm
C	48mm	66mm	20mm

下顎用

サイズ	1	2	3
A	62mm	72mm	25mm
B	60mm	70mm	22mm
C	52mm	65mm	19mm

2) 構造

印象材を盛り、保持し、圧接するトレー部分と、保持するためのハンドル部分からなる。

トレー部分は、印象材の脱落防止のため、穴が開いた構造になっており、全顎用の印象採得に用いる。

ハンドル部分にサイズを示している。レジンで制作されており、トレーのサイズを調整する際は、表面をバーナー等の炎で軽くあぶる。

3) 原理

本品は、印象採得時に印象材をもり、保持し、圧接するために用いる器具である。

4) 原材料

K レジン

【使用方法等】

- 1) 本品に印象材を盛り、印象を採得する歯列に圧接する。
- 2) 印象材の硬化後、口腔内から取り出す。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 使い捨てを目的としているので、別の患者には再使用しないこと。
- 2) 使用により過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- 3) 本品は、樹脂製の未滅菌品です。使用前には必ず洗浄・薬液消毒・加熱しない滅菌等の適切な処置を行うこと。
- 4) 顎形態に合わせて本品を調整する際に熱を加えた場合は熱が冷めるまで待つこと。切ったり削ったりした際は、研削面を均すこと。
- 5) 本品は個人トレーとしての使用はできません
- 6) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 7) 本品は、単回使用

【保管方法及び有効期間等】

直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】 株式会社サポート
住所 〒581-0845
大阪府八尾市上之島町北 1-60-3
電話番号 072-923-0139