

**2021年10月改訂(第3版)

*2020年12月改訂(第2版)



届出番号：13B1X10217S00007

機械器具(58) 整形用機械器具

一般医療機器

脊椎手術用器械

JMDNコード：70963001

アジャスタブルオウル

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

製品名	外観
アジャスタブルオウル 先端丸	
アジャスタブルオウル	

ディスインフェクターによる高温アルカリ洗浄(90~93℃)を実施後にプレバキューム高圧蒸気滅菌(134℃、8~10分間)する。この場合、アルミニウム対応のアルカリ洗浄剤を用いること。アルカリ洗浄剤を用いない場合、滅菌条件の例として、プレバキューム高圧蒸気滅菌、134℃、18分間とする。

- ** (3) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその感染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。返却前に、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- (4) 本品は、本書に記載の使用目的以外では使用しないこと。

2. 原材料

ステンレス鋼、ペークライト

【使用目的又は効果】

本品は、脊椎固定術等の脊椎手術のために用いる手術器械である。手動式のものに限る。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

本品は未滅菌であるので、使用前に適切な方法で洗浄し、下記の条件又は各医療機関で検証された条件で滅菌を行ってから使用すること。

標準的滅菌条件：高圧蒸気滅菌法(プレバキューム)

標準的滅菌条件：

温度	時間
121-124℃	15分
132-135℃	10分

2. 使用方法(例)

脊椎スクリュー等を脊椎に刺入する下穴を作製するために使用する。

- つまみを回転させてカバーを上げ先端部を出す。
- 脊椎スクリューを刺入させたい箇所の下穴をあける。

3. 使用方法に関する使用上の注意

- 使用するシステムの添付文書及び手術手技書を参照し、手術手技に完全に精通すること。
- 使用前に手術に必要な機器類が揃っているか確認すること。
- 本品は未滅菌のため、使用前に洗浄及び滅菌を行うこと。洗浄は、中性洗剤を用いて柔らかいスポンジ等を使用すること。その後、脱イオン水ですすぐこと。滅菌は、【使用方法等】の使用前の準備に示す方法に従って行うこと。
- 使用前、使用中、使用後において本品の正常性を確認すること。また、【保守・点検に係る事項】の2.点検等に従い、本品に異常がないことを確認すること。異常が認められる場合は、直ちに使用を中止すること。
- 本品の取扱いには十分注意すること。固いものと接触する際は、本品が破損したり、傷ついたりしないよう注意すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 本品をクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者、又はその疑いのある患者に使用した場合は、クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)に関する国内規制及びガイドライン等を遵守すること。

** (2) 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。推奨される洗浄方法(ガイドライン第7章参照)として、ウォッシャー

2. 相互作用

【併用禁忌・禁止】

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
弊社が認めていない他社製品	正常な機能が得られない恐れがある	操作上の整合性が確認されていない

3. 不具合・有害事象

不具合事象

- 腐食や孔食による折損・破損・摩耗・変形
- 組織、靭帯、腱、神経、血管、腸、尿管、肺、骨等の損傷
- 機能不良

有害事象

- 折損や破損片の体内遺残
- 不適切な洗浄・滅菌による感染
- 患者又は手術者の負傷
- 麻痺
- 手術外傷または本品による神経、血管、内臓、尿管、骨または組織の損傷

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、水等の液体の影響を受けない清潔な場所に保管すること。また、保管中は本品が損傷しないように十分注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄、消毒及び滅菌

- 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し、消毒すること。
 - 洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度にて使用すること。
- ** (3) 強アルカリ性/強酸性洗剤及び消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。
- 超音波洗浄装置・ウォッシャー・ディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理すること。
 - 金属タワシ、クレンザー(磨き粉)等は、器具表面コーティングを損傷するので使用しないこと。
 - 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
 - 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥させること。

2. 点検等

- 滅菌前、使用前に汚れ・破損がないか等を確認する。
- 汚れや異常が見られた場合には使用せず適切な処置を行うこと。
- 修理に関しては、弊社又は弊社の許可を得ている修理業者以外には行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】



【製造販売業者】

株式会社サージカル・スパイン
東京都新宿区市谷田町 2-19-1 NBC ビル

【連絡先】

電話番号:03-6265-0901 (代表)