＊2026年10月7日（第2版）
2025年11月20日（第1版）

届出番号：13B3X10222000003

医療用品 04 整形用品
一般医療機器
X線造影材入りガーゼ　32374000

再使用禁止

ハイパーカオリンバンデージ

【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 凝固系疾患の患者には用いないこと。[安全性が確認されていないため]
4. ヘパリンナトリウム、塩酸クロピドグレル、ワルファリンカリウム以外の抗凝固剤を使用中の患者には用いないこと。[安全性が確認されていないため]
5. 本品が眼と接触しないよう注意すること。[安全性が確認されていないため]
6. 本品を傷口に詰めたまま閉創しないこと。[体内遺残するため]

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は合成繊維からなる滅菌済みX線造影糸入不織布ガーゼで、単回使用である。

2. 形状・構造

重ね折り（Z折り）
寸法：7.5cm×400cm

主な材料

不織布ガーゼ	ポリプロプレン
	精製水
	ポリエチレングリコール
	カオリン
X線造影糸	硫酸バリウム
	ポリプロプレン/ポリエステル

【使用目的又は効果】

本品は、局所出血部位、外科切開部位等の出血の抑制、液の吸収のために用いる。

【使用方法等】

① 本品をパッケージから取り出す。本品を生理食塩液等で濡らさないこと。
② 本品を出血部位にあてる、又は創腔に詰め込み圧迫止血を行う。
③ 少なくとも3分又は止血が収まるまで圧迫する
④ 圧迫止血した部位から本品がずれないよう注意し、適切なドレッシング等で固定する。
本品は24時間までは適用することができる。取り除く際に本品が固着している場合は、生理食塩液等で湿らせて取り除くこと。取り除く際は皮膚の損傷やカテーテル類の抜去に注意すること。本品を取り除いた後は、生理食塩液等で創部を洗浄する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

・体内に留置しないこと。
・開封後は早めに使用すること。
・包装が開封、破損、及び圧着包装に緩みがみられる場合は使用しないこと。
・X線撮影において撮影体位や角度により陰影が不明瞭な場合がある。
・高血圧や抗凝固剤による治療を受けている患者に本品を用いて圧迫止血する際は、より長い圧迫時間を必要とすることがある。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵方法：高温、多湿、直射日光を避け保管。
有効期間：本品の使用期限は包装に記載。[自己認証（自社データ）による]

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞
名称：サージテック株式会社
住所：東京都中央区銀座5-15-8
電話番号：03-3511-3330