歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材（70903000）

ジーシー PTCコーン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状：歯面清掃用コーン

構造：イソプレンゴム（コーン部）
真鍮（スクリュー部）

原理：本品コーン部は柔軟で先端が細く、スクリュー部をマンドレルに装着した上でハンドピースに装着し、回転させることによって歯間部などの清掃・研磨を行う。

【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合された様々な研磨成分から成る歯科用研磨材という。ポイント、ホイール、ディスク等を含む。

【使用方法等】

- 1) PTCコーンをスクリュータイプのプロフィーコントラハンドピースに取り付けます。
スクリュータイプのプロフィーコントラハンドピースがない場合は、別売のPTCマンドレルをPTCコーンのネジ部分にはめ込み、通常のラッチコントラハンドピースに装着して使用します。
- 2) PTCコーンにPTCペースト(歯面研磨用ペースト)を適量塗布し、5000回転数/分以下の回転数で歯面研磨を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品はハンドピースメーカーの指示に従って最後まで確実にねじ込み、半チャックになっていないことを確認してから使用すること。
- 2) 本品をPTCマンドレルに装着して使用する場合は、本品をマンドレルに最後まで確実にねじ込んだ後、ハンドピースメーカーの指示に従って最後まで確実に挿入し、半チャックになっていないことを確認してから使用すること。
- 3) 使用前に口腔外で予備回転を行ない、振れがないことを確認すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本材（本品）及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①破損や口腔内を傷つける原因になるので、使用回転数を超えた回転数、無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。
 - ②本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、術者及び患者は保護眼鏡などを使用すること。
 - ③モーターを逆回転（左回転）させるとハンドピースから外れる恐れがあるため、必ず正回転（右回転）で使用すること。
 - ④本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑤本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・直射日光を避け、室温にて保管する。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480