2015 年 09 月 第 3 版 （新記載要領に基づく改訂）
2013 年 04 月 08 日 （第 2 版）
21100BZZ00625A01

歯科材料 ０５ 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯面処理材（70859000）

ジーシー オルソコンディショナー

【禁忌・禁止】
ポリアクリル酸に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
形状
・液

主成分
・蒸留水、ポリアクリル酸

原理
・歯面表面をポリアクリル酸水溶液により洗浄する。

【使用目的又は効果】
歯面及び窩洞形成後の象牙質表面を清掃するために使用する。

【使用方法等】
１）歯面を水洗･乾燥します。
２）本品を容器に採り、スポンジなどを用いて塗布します。
３）塗布してから 20～30 秒後、すぐに水洗･乾燥します。
４）症例に応じ、グラスアイオノマー系レジンセメントを用います。

［使用方法に関連する使用上の注意］
１）エアーシリンジなどを使用して歯面及びコンディショナー類処理面の乾燥を行う場合には、事前にオイルミスト等接着阻害物質が噴射されていないことを確認してから使用すること。［接着阻害物質により接着力が低下するため］

【使用上の注意】
１）使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
①薬剤、食品、アクセサリー、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。

２）重要な基本的注意
①本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
②本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症状の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
③本品が口腔粘膜、皮膚などに付着しないよう充分注意すること。ラバーダムを使用するなど、口腔粘膜・口唇への接触を防止すること（ラバーダムなどで口腔粘膜・口唇への接触が防止できない部分については、ココアバターなどを塗布することをお勧めします)。口腔粘膜に付着した場合にはすぐに綿球で拭き取り、操作終了後に充分に水洗すること。また皮膚に付着した場合には、すぐに流水で洗浄すること。万一目に入った時は、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
④本品の誤飲には充分注意すること。
⑤他の製品と混用しないこと。
⑥液容器のノズルに付着した液は、湿ったガーゼなどで拭き取ること。［蓋が開かなくなる可能性があるため］
⑦容器は、使用後すぐに密栓すること。
⑧本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
⑨本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
・直射日光を避け、室温で保管する。
・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

［有効期限］
本品は、包装に記載の使用期限※までに使用する。
※（例 EXP.２０２５－０２ は
使用期限２０２５年 ２月 を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元 ：株式会社ジーシー
主たる設計元：株式会社ジーシー

発売元 ：株式会社ジーシー
住所 ：〒113-0033
東京都文京区本郷３丁目２番 14 号
電話番号 ：（お客様窓口）0120-416480