＊2023年07月　第4版
2015年09月　第3版

認証番号：221AKBZX00078000

歯科材料　０６　歯科用印象材料
管理医療機器　歯科用アルギン酸塩印象材（35863000）

ジーシー　アローマファイン　プラス　スローセット

【禁忌・禁止】＊
＜適用対象（患者）＞
本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】＊
形状　：ホワイトの粉末
１函＝粉末５ kg（１ kg シンプルパック×５袋）

主成分：ケイソウ土、硫酸カルシウム、アルギン酸カリウム、酸化亜鉛

原理　：粉末と水を混合させることでペースト状になり、アルギン酸塩と硫酸カルシウムの反応によりゲル化する。

【使用目的又は効果】
口腔内の印象採得に用いる。＊

【使用方法等】＊
１）粉末計量スプーン１杯（8.4 ｇ）と水計量器1/2杯（20 mL）の割合で、20～30秒間手早く練和します。
蒸留水又は純水（23 ℃）・室温（23 ℃）で練和する場合の特性

練和時間	20～30秒
初期硬化時間	3分25秒
操作時間	2分20秒

（JIS T 6505 による）

初期硬化時間・操作時間は室温・水温が高くなるほど短くなります。
２）練和後トレーに盛り、口腔内で約３分間保持します。
３）口腔内から撤去して流水で洗浄した後、余剰水分を除き、できるだけすみやかに石こうを注入します。
（使用する石こうの種類：歯科用硬質石こう）

［使用方法等に関連する使用上の注意］
１）粉末は、計量前によくほぐしてから採取すること。
２）混水比が高くなるほど硬化時間は長くなるが、流動性やそのほかの諸物性にも影響するため標準混水比に基づいて使用すること。＊

【使用上の注意】
１）使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
薬剤、食品、アクセサリー、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本材及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。

２）重要な基本的注意
①本材の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
②本材に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本材を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
③本材又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。［目の損傷の可能性がある］
④本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
⑤採取した印象は、血液・唾液などを充分洗浄後、必要に応じ、印象体を0.5％次亜塩素酸ナトリウム水溶液に15分間浸漬して消毒すること。［感染症を引き起こす可能性がある］＊
⑥開封後は、できるだけすみやかに使用すること。
⑦他の製品と混用しないこと。
⑧本材は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
⑨本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
・室温の乾燥した場所に保管する。
・直射日光の当らない場所に保管する。
・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。
・アルミパック開封後は、吸湿しないように保管する。

［有効期限］
本材は、包装に記載の使用期限※までに使用する。
※（例　EXP.２０２７－０２　は
使用期限２０２７年　２月　を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊
製造販売元　：株式会社ジーシー
主たる設計元：株式会社ジーシー

発売元　：株式会社ジーシー
住所　：〒113-0033
東京都文京区本郷３丁目２番 14 号
電話番号　：（お客様窓口）0120-416480

1420029
150634AW