2016年01月 第3版 （新記載要領に基づく改訂）
2009年07月21日 （第2版）
21100BZZ00332000

歯科材料　０３　義歯床材料
管理医療機器　義歯床用接着材料（70834000）

ジーシー レジンプライマー

【禁忌・禁止】
メタクリレート系ポリマー、メタクリレート系モノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
形状
・液体　15g（11.3mL）

主成分
・塩化メチレン、メタクリル酸エステル

原理
本品をアクリル系義歯床のレジン被着面に塗布することにより、レジン表面を改質し、接着効果を促進させる。

【使用目的又は効果】
本品は、常温重合レジンを用いて義歯床の補修を行う際に、補修面に筆等で塗布し、常温重合レジンの 接着性を向上させるプライマーである。

【使用方法等】
1）補修したい部分を一層削除し、新鮮面を露出させます。
2）レジンプライマーを薄く均一に塗布し、エアーにより乾燥させます。
3）盛り足したいアクリル系レジン材料を塗布面に盛り上げます。
4）筆は使用後そのまま放置すると筆先が硬くなりますが、使用時に本品に馴染ませると元に戻ります。
また、使用後筆をレジンブラシクリーナー、エタノールやアクロンの液で洗浄すると、次回の使用時に使いやすく、筆が長持ちします。

［使用方法に関連する使用上の注意］
1）本品は揮発しやすいので、使用後すぐに密栓すること。
2）使用した筆は水洗しないこと。
3）ポリスルフォン義歯床などアクリル系以外の義歯床には使用しないこと。
4）本品はアクリリック樹脂製作物以外には使用しないこと。
5）併用医療機器の使用に際しては、各製品の添付文書の使用方法、注意事項を確認してから使用すること。

【使用上の注意】
1）使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
①薬剤、食品、アクセサリー、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。

2）重要な基本的注意
①メタクリレート系ポリマー、メタクリレート系モノマーに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
②本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
③本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
④液は、直接素手で触れないこと。また、皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。皮膚に付着したときは、すぐにアルコール綿などで拭った後、流水で洗浄すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
⑤本品を火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。また、テーブル、床上などにこぼしたときは、すぐに乾いた布でよく拭き取ること。
⑥本品を使用する際には、適切な換気（１時間当たり数回の換気）がなされている場所で使用すること。
⑦本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
⑧開封後はできるだけすみやかに使用すること。
⑨他の製品と混用しないこと。
⑩本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
⑪使用及び保管場所には消火装置を備えること。
⑫本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
・火気厳禁の冷暗所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しない。
・直射日光の当たらない場所に保管する。
・保管場所には、消火装置を備える。
・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

［有効期限］
本品は、包装に記載の使用期限※までに使用する。
※（例 EXP.２０２５－０２ は
使用期限２０２５年 ２月 を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元　：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ
主たる設計元　：株式会社ジーシー

発売元　：株式会社ジーシー
住所　：〒113－0033
東京都文京区本郷３丁目２番14号
電話番号　：（お客様窓口）0120-416480

13002129
020718DK