歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

アクティブブライト

【禁忌・禁止】

1. 目的以外には使用しない事。
2. 注意事項を必ず守る事。
3. 乾燥や劣化などの異常が見られた場合は使用を中止する事。
4. 本品に対して発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しない事。

【形状・構造及び原理等】

形状：軟質固形体

組成：酸化アルミニウム、パラフィンワックス、油脂等、着色剤

色調：イエロー

原理：研磨用ブラシ又はパフに付着させることで研磨できる。

【仕様】

- (1) 均一性：目視により均一なこと
- (2) 夾雑物：目視により含まないこと
- (3) 粉末度残量：150 μm 篩残 1%以下

【使用目的又は効果】

硬質レジン、床用レジン（PMMA・ポリスルフォン）、貴金属の最終艶出し研磨

【使用方法等】

- (1) エンジンやレーズを低速回転にし、本材をパフ・ブラシ等に付着させてください。
- (2) エンジンやレーズを通常の回転速度に戻し、通法に従い研磨作業を行ってください。
- (3) 前行程の研磨には、「販売名：NSK エピサンド、届出番号 12B3X10030000030」をご使用ください。
- (4) 研磨終了後は、被研磨物を中性洗剤等で十分洗浄してください。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- (1) 本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- (2) 本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。
- (3) 本材で研磨する際には、目の損傷を防ぐため、保護めがね等

を使用すること。

- (4) 研磨作業後は、石鹼をつけたブラシ等で十分な手指の洗浄を行うこと。
- (5) 他の製品との混用を避けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

出来るだけ高温多湿の場所を避け、外圧及び汚染を受けないように保管すること。

【有効期間】

通常の貯蔵方法であれば、長期保存による品質変化は無いため、使用期限は定めない。

※製造番号は（LOT NO）により表示してあります。

*【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業：下村石膏株式会社

住 所：〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町 32-1

電話番号：047-404-5056

FAX番号：047-404-5069

販 売 元：株式会社日本歯科工業社

住 所：〒110-8530 東京都台東区上野 5-12-8

電話番号：03-3836-2191

FAX番号：03-3836-2377