歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

ジルバスター

【禁忌・禁止】

1. 目的以外には使用しない事。
2. 注意事項を必ず守る事。
3. 乾燥や劣化などの異常が見られた場合は使用を中止する事。
4. 本品に対して発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しない事。

【形状・構造及び原理等】

形状：軟質固形体

外観：夾雑物がなく、淡緑色の軟質固形体

組成：ダイヤモンド、酸化アルミニウム、脂肪酸等

色調：淡緑色

原理：研磨用ブラシ又はバフに付着させることで研磨ができる。

[仕様]

- (1) 均一性：目視により均一なこと
- (2) 夾雑物：目視により含まないこと
- (3) 粉末度残量：150 µm篩残 1%以下

【使用目的又は効果】

ジルコニア、プレスセラミック、ポーセレン、メタルボンド、ハイブリッドレジン等の補綴物等の研磨、艶出しに使用する。

【使用方法等】

- (1) 歯科用エンジン、マイクロモーターの回転を落としてから本材をブラシ又はバフに付着させます。
- (2) 通常回転に戻し、被研磨物に強くならないように押し当てて研磨します。
- (3) 研磨後は、付着物をよく洗い流してください。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- (1) 本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- (2) 本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。
- (3) 本材で研磨する際には、目の損傷を防ぐため、保護メガネ等を使用すること。
- (4) 研磨作業後は、石鹼をつけたブラシ等で十分な手指の洗浄を行うこと。
- (5) 本品の使用後は、乾燥を防ぐ為に必ずキャップを閉めて保管すること。
- (6) 他の製品との混用を避けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

出来るだけ高温多湿の場所を避け、外圧及び汚染を受けないように保管すること。

[有効期間]

通常の貯蔵方法であれば、長期保存による品質変化は無いため、使用期限は定めない。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業：下村石膏株式会社

住所：〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町 32-1

電話番号：047-404-5056

FAX 番号：047-404-5069