松風マンドレル

【形状・構造及び原理等】

【構造】

- 1) 軸部：ステンレス鋼
軸部形式1：CA用
軸部形式2：HP用
- 2) 種類

種類	軸部形式
HP	2
CA	1
シリコンスティック用	2
ワングロス用 HP	2
ワングロス用 CA	1
スーパースナップ リボーン専用CA	1

【使用目的又は効果】

歯科用研削・研磨材のディスクやホイールを取付ける回転心棒として用いる。

*【使用方法等】

【使用方法】

- * 1) 本材を口腔内で使用する際には、洗浄・消毒・滅菌を行った後に使用します。
- 2) 通法により、本材に研削・研磨材を取り付けます。
- 3) 研削・研磨材をセットした本材を、歯科用ハンドピース、高速レーズなどに装着して使用します。
- * 4) 再使用する場合は、口腔内で使用後速やかに、洗浄・消毒・滅菌を行います。
- 滅菌方法：オートクレーブ（134℃ 3分）による滅菌を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 使用前に予備回転を行い、振れないことを確認すること。
- 3) HP・CA・シリコンスティック用は必ず右回転で使用すること。

*【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- * 1) 下記に示す最高許容回転速度と、装着する研削・研磨材の最高許容回転速度が異なる場合は、安全のため低い方の最高許容回転速度を優先すること。

種類	最高許容回転速度
HP・CA	50,000min ⁻¹
シリコンスティック用 ワングロス用 HP・CA スーパースナップ リボーン専用CA	15,000min ⁻¹

- 2) 変形、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
- 3) 本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 4) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。
- * 5) 本材を口腔内で使用する場合は、【保守・点検に係る事項】に記載する方法及び条件で、洗浄等の処理を行った上で滅菌すること。

*【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- * 本材は、直射日光、水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように、室温（1～30℃）環境下で保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*【保守点検に係る事項】

【使用者による保守点検事項】

- 1) はじめて使用する前及び口腔内で使用した後は、下記の手順に従って洗浄・消毒・滅菌の順に処理を行うこと。
- 2) 口腔内で使用した場合、十分な洗浄効果を得るために、使用から1時間以内に洗浄を開始すること。
- 3) 腐食の恐れがあるため、塩素系消毒剤や過酢酸は使用しないこと。
- 4) サイデザイム（酵素洗浄剤）、ディスオーバ（消毒液）の取扱いについては、各製品の説明書又は添付文書に従うこと。
- 5) ウォッシャーディスインフェクター、オートクレーブ滅菌器の取扱いについては、各添付文書に従うこと。

< 用手洗浄・用手消毒 >

1) 用手洗浄

① 予備洗浄

- ・サイデザイムに3分間浸漬します。
- ・ナイロンブラシで汚染物の除去を行います。
- ・水洗します。

② 本洗浄

- ・サイデザイムを新しいものに入れ替え、再度浸漬し、超音波洗浄を15分間行います。
- ・水洗します。
- ・ワイブ等で完全に水分をふき取り、乾燥させます。

2) 用手消毒

- ・ディスオーバに5分間浸漬します。
- ・水洗します。
- ・ワイブ等で完全に水分をふき取り、乾燥させます。

< 機械洗浄・機械消毒 >

1) 機械洗浄・機械消毒

① 予備洗浄

- ・サイデザイムに3分間浸漬します。
- ・ナイロンブラシで汚染物の除去を行います。
- ・水洗します。

② ウォッシャーディスインフェクターによる洗浄・消毒

- ・ウォッシャーディスインフェクターにて洗浄・消毒を行います。なお、使用するウォッシャーディスインフェクターはIS015883に適合したものを使用すること。

< 滅菌 >

- ・滅菌バッグに本材を封入し、134℃で3分、オートクレーブ滅菌を行います。なお、使用するオートクレーブ滅菌器はクラスBを推奨します。

< 滅菌後の保管 >

- ・滅菌後は使用するまで滅菌バッグは開封しないこと。
- ・清潔で乾燥した環境下で保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風

住所 〒605-0983

京都市東山区福稲上高松町11

* 電話番号 (お客様サポート窓口) 075-778-5482