歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000
メルサージュ プロ ステインオフ

【禁忌・禁止】

本材及び本材に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎等の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]

性状	成分
ペースト	パーミス、グリセリン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、モノフルオロリン酸ナトリウム、パラベン、香料、その他

[原理]

歯科予防治療用ブラシや歯磨カップ等に本材を塗付し、歯面に当てて回転させることにより、歯面のステインやプラークを除去する。

【使用目的又は効果】

歯面の研磨、清掃に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 本材を歯科予防治療用ブラシや歯磨カップ等に適量を塗付（又はペーパーパッドに排出してから採取）します。
- 2) $2,000\text{min}^{-1}$ 以下の回転速度で歯面研磨を行います。
- 3) 研磨終了後洗浄し、本材を洗い流します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 本材は歯科医療有資格者（歯科衛生士、歯科医師）が使用すること。
- 2) 本材は乾燥すると残渣が落ちにくくなる場合があるため、使用後は速やかに水で洗浄すること。
- 3) 本材は液成分が分離する可能性があります、分離した場合でも品質には問題ありません。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材の使用により、発疹、皮膚炎、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 2) 本材の使用により、発疹、皮膚炎、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 3) 本材及び本材に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。
- 4) 高速回転で使用した場合、ペーストが飛び散る恐れがあるため、指定の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

最高許容回転速度

 $2,000\text{min}^{-1}$

- 5) 本材を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐために術者及び患者は保護眼鏡等を使用すること。
- 6) 本材が万一、目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- 7) 本材を飲み込んだ場合には、水で口を洗浄し、大量の水を飲み込み、医師の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は、高温、多湿、直射日光を避けて、室温（1～30℃）で保管すること。
- ・本材は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材の使用期限は包装に記載のとおり。
[当社データによる]

※（例） $\square$ YYYY-MM-DDは→使用期限YYYY年MM月DD日を示す）**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町11
電話番号 (お客様サポート窓口) 075-778-5482