

機械器具(71)視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 35065000(JMDNコード)

ゴツシュ リーディング

【形状・構造及び原理等】

眼鏡レンズをフレームに取り付け、テンプル等によって顔面に装着します。プラスチック製、球面度数(S)、公称寸法、プリズム度数、カラー色調・濃度の区別はレンズ上または包装されたものに記載してあります。ただし該当しない場合には記載がありません。なお、度数の単位はディオプトリー(D)です。

適切な度数のレンズを使用して網膜上に結像させることにより視力を補正します。



【使用目的又は効果】

眼鏡レンズにより、近視・遠視・老視等の視力補正。

【使用方法等】

- メガネの掛けはずしは、フレームのテンプル(つる)部分を両手で持ってフレームを十分に開いて行ってください。
- 顔の幅に合わせてテンプルを耳にかけ、耳のうしろと鼻にフィットさせてください。
- はずすときは両手でテンプルを持ち、まっすぐ引き出してください。
- はずした後は専用のケースの中に入れるか、レンズの凸面(表面)を上向きにして置いてください。

【使用上の注意】

- 太陽や強い光を直視しないでください。
- 車の運転や歩行時には使用しないでください。
- レンズにキズが入ったり、コートが剥がれたレンズの使用は視力が低下したり、見えにくくなったりしますので、使用を中止してください。

【保管方法及び有効期間等】

- キズがつかないようにケース等に入れて室温で保管すること。
- 高温のところに置いたり、傷をつけるような素材と一緒にしまわないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 昭和光学株式会社
住所 大阪府東大阪市俊徳町 2-5-20
電話番号 06-6729-5881
製造元 昭和光学株式会社