2006年8月　第1版
2007年5月　第2版

医療用機器届出番号：27B1X00010500004

機械器具27　一般医療機器　クリオスタット・ミクロトーム

ブライト OTF5000

(販売名)

内臓回転式ミクロトーム：ブライト　ミクロトーム5040

警告

本機を分解・解体しないでください。

禁忌・禁止

■使用時以外は専用のケースで保管するかナイフガードをしてください。
■付属品のクライオMベッド、ミクロトームオイルを取扱う時は目や口に入らないよう注意してください。
■本機の設置には様々な用件を満たす必要がある為、専門知識のある人以外設置しないようにしてください。
■迅速凍結台を使用する場合は、充分に手指を保護してください。
■試料の脱着時はハンドルを固定し行ってください。
■ミクロトーム刀の取り扱いには充分注意してください。

形状

ブライトOTF5000



ブライト　ミクロトーム5040

使用目的・適応

■病理組織診断

品目仕様

■クリオスタットOTF5000型
冷凍機：密閉式コンプレッサー　100～115V 50/60Hz
540W　HFCガス
内ミクロトーム　5040型、470×190×250(mm)
ワンタッチ替刃ホルダーブロック付
自動送り範囲　0.5～30ミクロン、0,5目盛（オプション多
チャンバー内部：材質　ステンレス鋼製
設定最低温度　-35℃
外装：ポリマーコーティング鋼板製
重量：120kg（標準型）　140kg（電動式切裁型）
寸法：880×840×1250　(mm)
電源:100V　15A　単独電源、EC、（LT型20～30A）
付属装備品：デフロストタイマー、照明、
超迅速凍結台、ナイトカバー

操作方法・使用方法

本機の操作、使用方法は取扱説明書を参照して使用してください。

使用上の注意

■内部装置に触れると感電の恐れがありますので注意してください。
■消毒方法には十分注意して行ってください。
■チャンバーの霜取り時間を長時間に設定しないでください。（目安として1回30分まで）
■迅速氷結台（オプション）は濡れ等がないか確認を行ってから使用してください。
■使用電源に漏電ブレーカーを取り付ける場合、商用周波数（50～60Hz）以外の不必要な高周波成分の電流で作動しない漏電ブレーカーを使用してください。

貯蔵・保管方法・使用期間等

■直射日光を避けて保管してください。
■換気が十分な場所で保管してください。
■酸、塩基ガスが充満する場所での保管は避けてください。
■有機溶剤ガスが充満する場所はさけてください。
■耐用年数5年（法定耐用年数）
適正使用、定期点検を行う事

包装

■1台単位で包装する。

取扱説明書を必ずご照参下さい

資料請求先

■白井松器械株式会社

販売元

白井松器械株式会社　本社：大阪
〒５４０－０００３
大阪府大阪市中央区森ノ宮中央１－１９－１６

製造元

Tel （０６）－６９４２＝４５２２（担当）
Fax （０６）－６９４２－４１０５
Bright Instrument Co Ltd･St Margarets Way･
Huntingdon･Cambridgeshire･ PE29 6EU･England
Tel:+44(0)1480 454528/451980/451499
Fax:+44(0)1480 456031･

取扱説明書を必ずご照参下さい