

【警告】

- 電源コードは医用施設の接地された医用コンセントに直接接続すること。また、電源供給元から何時でも容易に取り外せるような位置にのみ設置すること。
[電気の不具合、感電(電気ショック)、発火(発煙)、機器の故障のおそれ]
- 本装置のバランス調整が最適になされていること。
[誤動作・機器の故障のおそれ]
- 決して光源の光を直接見ないこと。
[眼機能障害や網膜疾患のおそれ]
- 装置各部の換気口を塞がないこと。
[機器の故障、火災の原因のおそれ]

【禁忌・禁止】

- 揮発性や引火性の溶剤（アルコール、ガソリン等）や可燃性の麻酔薬が使用されている潜在的な爆発性の環境下で本装置を使用しないこと。
- 当社が指定する付属品、オプション品以外は使用しないこと。
- 発煙、火花、異臭又は異音がする場合またはそれ以外の異常を感じた場合や故障と判断した場合には直ちに使用を中止もしくは停止すること。適切な処置が完了するまで、本装置を使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

外観写真



- 本品の基本構成は以下の通り。
〔詳細は取扱説明書参照〕
- 手術用顕微鏡本体
 - フロアスタンド
 - フットスイッチ
 - 滅菌キャップ
 - MIOS6（オプション）

＜仕様＞

顕微鏡本体

作業距離 (対物レンズ)	200mm	175mm
観察用光学部		
光学補正	アポクロマート	
ステレオベース	25mm	
総合倍率	3.9×～23.2×	4.4×～26.6×
視野径	9.0～54.2mm	7.9～47.4mm
照明用光学部		
フィルター	ブルー、ソフトライト	
照野	15～58mm	13～50mm
機械系		
作動範囲 前後	-20°～+110°	

フロアスタンド

上下動範囲	1072～1802mm (接眼レンズの位置にて)
負荷重量	20kg
ブレーキ	電磁式
電源	100VAC50/60Hz
消費電力 (最大)	450VA
電撃に対する保護の形式・程度	クラスⅠ・B型装着部
液体の有害な侵入に対する保護の程度	IP20
ベース寸法	798×880mm
重量	315kg (顕微鏡本体含む)

＜動作環境＞

- 温度：10℃ ～ 40℃
湿度：10% ～ 90%（結露なきこと）
気圧：700 ～ 1060 hPa

【使用目的又は効果】

本機は、眼科の手術、処置、観察などに必要な作動距離を持ち、観察用光学系、撮影用光学系の他に、照明用光学系、撮影記録光学系を備えた光学的医療機器である。手術用顕微鏡のうち、天井または壁面等の施設に固定されない可搬型手術用顕微鏡である。

【使用方法等】

1. 準備
- 安全機構が安全に機能している事を確認して下さい。
 - 本器に付属品を取り付ける場合、落下しない事を確認してください。
 - 滅菌キャップは使用前に必ず滅菌処理(下記参照)を施すか、滅菌ドレープを被せます。
 - 滅菌方法：高圧蒸気滅菌
 - 温度：134℃（最大）
 - 術者は、楽な姿勢で、フットスイッチに足が届くように椅子の高さを調節し、次にその高さに合わ

取扱説明書を必ずご参照ください。

せて患者のベッドの位置、高さを調節します。

- 5) 顕微鏡を術者の PD にあわせた後、視度調節を行います。倍率を最低まで下げて、接眼レンズについている視度調節ツマミを回して最適な両眼視が得られる状態にします。ビデオ装置が装備されている場合は、モニタを観察して調節します。
- 6) 手術室内の照明は明るすぎると、迷光が術者の眼に入り、見にくくなることがあるため、不必要な照明は消します。

2. 使用

- 1) 顕微鏡のズーム、フォーカスの調節はフットスイッチを用いて行います。

- 2) 光源の照明は、任意に光量調節して下さい。

3. 使用後

- ・本器に取り付けて使用した滅菌キャップは、次の使用に支障の生じないように、必ず蒸留水で洗浄して下さい。その後、滅菌処理をして下さい。
- ・本体は、固く絞った柔らかい布などで汚れを拭き取して下さい。本体は滅菌できません。

詳細は取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- (1) 使用に関しては取扱説明書を必ず参照し、記載されていない手順の実行及び調整は行わないこと。
- (2) 顕微鏡各部やコネクタ部に無理な力がかからないように注意すること。
- (3) 使用前に、全ての機械的及び電氣的接続が正しく確実にされて、それらが損傷していない事を確認すること。
- (4) 技術的な不具合が存在する場合又は想定された場合は使用しないこと。

＜過剰使用＞

- (1) 本機を最大光量で使用した場合、2.5 分後に安全ガイドラインを超えてしまいます。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管条件＞

温度： - 20℃ ～ 70℃

湿度： 10 % ～ 90 % （結露なきこと）

＜耐用期間＞

5 年（自己認証による。）

但し適切な保守点検及び修理を行っている場合に限り。

（保守用等の部品は製造修了後 7 年間保持）

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

使用前に以下の事を確認すること。点検中に異常を感じた場合は取扱説明書のトラブルシューティングの項を参照して確認すること。
もし解決しない場合は当社に連絡すること。
また当社による 1 年毎の点検を推奨する。

- ・外装に瑕疵、変形などがないこと。
- ・配線等に亀裂、断線がないこと。
- ・電源を入れて問題なく起動すること。
- ・照明が問題なく点灯すること。
- ・機械的な接続が適切になされていること。
- ・各部取付けネジが確実に締められていること。
- ・各部に緩みなどがないこと。
- ・バランスがしっかり取れていること。
- ・本装置から異音、異臭がしないこと。
- ・本文書ならびに取扱説明書が本装置の使用者が参照できるところにおいてあること。

2. 業者による保守点検事項

本装置は資格のあるサービスマンにより、1 年に 1 回の点検を推奨する。

詳細は取扱説明書のメンテナンスの項を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジャパンフォーカス株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18

TEL (03)3815-2611 FAX (03)3815-7284

外国製造業者 HAAG-STREIT AG スイス