2018年　1月 改訂（第5版）**
2017年 12月 改訂（第4版）*

医療機器届出番号 34B3X00004R10033号

歯07　歯科用ワックス

一般医療機器　歯科汎用ワックス　ＪＭＤＮ31836010

セレック・ブロックアウトワックス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

［適用対象(患者)］

・本材の用いられた成分又は類似成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある人などには使用しないこと。

［併用医療機器］

・他社製品との併用をしないこと。

［使用方法］

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

*［形状］



［種類］

種類			内容量
1	黄色	缶入り	50ｇ

［成分］パラフィンワックス

［原理］加熱によって溶融し、冷却によって凝固する。
レジンパターンとの分離がよい。

【使用目的又は効果】

*光重合レジンパターンの形成時(印象採得、鋳造パターン制作)、リリーフ部やアンダーカット部のブロックアウト用に使用する。

【使用方法等】

［使用方法］

ワックスを軟化させ，作業模型上でアンダー部を埋め又はリリーフするのに使用する。

【使用上の注意】

［使用方法］

1)本材は可燃性のため、使用の際には火傷をしないように注意すること。

2)換気の良い場所で使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］

・本材を高温となる場所（ストーブの近く等）に放置しないこと。

・使用及び保管場所には，消火装置を備えること。

・本材は，火気厳禁の冷暗所に保管し，1つの保管庫に大量に保管しないこと。

［有効期間］

**・包装のバーコードに記載　［自己認証（当社データ）による］

バーコード下部に記載している数字（17）部分が該当する

例；(01) 04580159621371 (17) 210400 (10) 332160501

上記の有効期間は、２０２１年４月までを示す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　：　シージーケー株式会社
住　　所　：　〒738-0512
広島市佐伯区湯来町白砂95-7
Ｔ　Ｅ　Ｌ　：　0829-86-2061