

\*\*2024年1月改訂（第4版）

\*2017年11月改訂（第3版、新記載要領に基づく改訂）

届出番号：17B2X10001000246

#### 機械器具（46）医療用絞断器

一般医療機器 ワイヤカッタ JMDNコード：32885000

### MDSY ピンカッターT.C

#### \*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り



製造番号	全長 (mm)
3000/85TC	130

2. 原材料  
ステンレススチール及びタンクステン加工
3. 包装  
1本 / 包

#### 【使用目的又は効果】

本品はワイヤー、ピン又は締結部の切断に用いる。

#### \*【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認する。  
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む134°C以下厳守。)
- 2) 先端部を開閉し、ワイヤー、ピン又は締結部を切断する。

#### ..【使用上の注意】

- 1) 初回使用時は必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分に清掃し、滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 4) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

#### \*\*【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 洗浄・滅菌について  
[洗浄]  
・使用後は防鏽洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。  
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。  
※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。  
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。  
[滅菌]  
・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む134°C以下厳守】  
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。  
[その他]  
・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。  
・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

#### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル  
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：Medesy s.r.l. (メデシー社)  
製造国：イタリア