**2024 年 1 月改訂（第 3 版）
*2017 年 9 月改訂（第 2 版、新記載要領に基づく改訂）
届出番号：17B2X10001000444

機械器具（66）歯科用練成器
一般医療機器　歯科用アマルガム混こう器　JMDN コード：10082000

アマルガムミキサー

【禁忌･禁止】
1. 異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記のとおり



①	カバー
②	スタートスイッチ
③	振動アーム
④	LED ディスプレイ
⑤・⑥	時間設定ボタン▲▼

2. 品目仕様
振動数：4250 回/分
使用環境
周囲温度：5℃～40℃
相対湿度：80%以下

3. 包装
1 台／箱

【使用目的又は効果】

本品は主に水銀と合金粉末をアマルガム皿をゆすることによって混ぜ合わせるために用いる。

***【使用方法等】**

［使用方法］

1)（新規で使用するとき）輸送時に固定するために用いるネジをはずす。
2)電源コードをコンセントに差し込み、本体背部にある電源スイッチをオンにする。
3)カバーを開け、カプセルを振動アームにセットし、カバーを閉める。カプセルの使用方法に関しては各取扱説明書を参照のこと。
4)▲▼ボタンで、振動時間（秒単位）をセットする。
▲・・設定時間 UP
▼・・設定時間 DOWN
5)スタートスイッチを押すと振動が始まり、設定時間が終了すると自動的に止まる。途中で振動を停止させたいときは、もう一度スタートスイッチを押すと停止する。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
・スタートボタンを押す前に必ず、カバーを締めること。
・水銀成分のカプセルを使用の際は、取扱いに注意すること。
・必ず固定用のネジを外してから使用すること。

***【使用上の注意】**

1)本器を使用中に異常を感じたら直ちに使用を中止して点検又は修理依頼をすること。
2)しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

***【保管方法及び有効期間等】**

気圧、温度、湿気、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Lakong Medical Devices Co.,Ltd.
（ラーコン メディカル デバイス社）
製造国：中華人民共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。