**2024年 1月改訂（第4版）
*2017年12月改訂（第3版）

届出番号：17B2X10001000551

歯科材料（06）歯科用印象材料
一般医療機器　歯科適合試験用材料　JMDNコード：70881000

デントマーカー

【禁忌･禁止】
本材の成分に対し、過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1.形状・構造
下記の通り

形状：薄いブルーのペースト状

2.原材料
セルロースグリコール酸ナトリウム塩、
パルミチン酸デキストリン、酸化チタン、メントール、
着色材

3.包装
1本（1.2g）　／ 箱

【使用目的又は効果】
有床義歯又は補綴物を口腔内に装着する際、粘膜面又は支台歯への適合状態を確認するために用いる。

【使用方法等】
［使用方法］
1)本材を練和紙等に押し出し、綿球などを用いて米粒大の量をとり、発赤部位に軽く付着させる。
2)義歯を中心咬合位で注意深く咬ませる。ただし、中心咬合位で早期接触がある場合、咬合の調整を行ってから本材を使用すること。
3)義歯を取り出し、転写された過圧部分を鉛筆などでマークする。
4)ラウンドバー又はカーボランダムポイント等で調整し、研磨する。
5)必要に応じて1)～4)の操作を繰り返す。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
1)交差感染防止のため、本材のシリンジ先端から直接綿球や患部に貼付しないこと。
2)他の製品と混用しないこと。
3)使用後は少しプランジャーを引いてからキャップを締めること。（そのままキャップを締めると、中のペーストが先端から漏れてしまうことがある。）

【使用上の注意】
1)本材の使用により発疹等の過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2)本材は、印象面以外の口腔軟組織や皮膚に付着させないように注意すること。また、目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること

***【保管方法及び有効期間等】**
［保管方法］
1)高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2)気圧、温度、湿気、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分等を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所で保管すること。

［有効期限］
本材に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証［製造所データ］による。）
（20YY.MM.DDは、使用期限20YY年MM月DD日を示す）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：　META BIOMED CO.,LTD.(Head office)
（メタ　バイオメド社）
製造国：大韓民国