**2024 年 1 月改訂（第 4 版）
* 2017 年 2 月改訂（第 3 版）

届出番号：17B2X10001000561

機械器具（68）印象採得又は咬合採得用器具

一般医療機器　歯科用咬合器　JMDN コード：　10201000

CSA600 半調節性咬合器

【禁忌･禁止】
1.　本来の目的以外には使用しないこと。
2.　歯科医療有資格者以外は使用をしないこと。

***【形状、構造及び原理等】**

1. 形状・構造
下記の通り

咬合器タイプ：アルコン型
矢状顆路傾斜角・ベネット角：調節型
上下顎間距離：108mm
矢状顆路傾斜角：0～50°
側方顆路角（ベネット角）：0～45°

①	上部フレーム
②	マウンティングプレートホールディングパーツ
③	矢状顆路角調節つまみ
④	サイドシフト調節つまみ
⑤	側方顆路角（ベネット角）調節ダイヤル
⑥	下部フレーム
⑦	マウンティングプレート・スクリュー
⑧	インサイザルテーブル・スクリュー
⑨	インサイザルテーブル（0°10°20°の 3 種）
⑩	インサイザルピン
⑪	インサイザルピン・スクリュー
⑫	マウンティングプレート

付属品：咬合平面板、マウンティングモールド（大/小）、
オーリング、アジャスティングスクリュー、
上顎サポートフレーム、レンチ、専用ケース

【使用目的又は効果】

本品は、下顎運動をシミュレートするために用いる。

【使用方法等】

1) マウンティングプレートを本体にセットする。
2) 矢状顆路傾斜角、側方顆路角（ベネット角）を基本的な値に設定する。フェイスボー（別売）に上顎模型を装着し、本品にトランスファーする。

【使用上の注意】

1) 付属の取扱説明書等を必ず参照すること。
2) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
3) 本品の切削や打刻（名前などを入れる等）などの二次加工は破損の原因になるので、絶対に行わないこと。
4) 無理な角度、過度の加圧での使用は折れたり、曲がったりすることがあるのでしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 電気分解を要因とした錆を防ぐため、材料の異なる器具を一緒に保管しないこと。
2. 「もらいさび」を防ぐために下記のことに注意すること。
・錆びている器具と一緒に保管しないこと。
・化学薬品と一緒に保管しないこと。
3. 高温多湿を避け、塵や埃のない清潔な場所に保管すること。
4. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：CORI DENT co.（コリデント社）
製造国：大韓民国

取扱説明書を必ずご参照ください。