*2017 年 4 月改訂（第 3 版、新記載要領に基づく改訂）
2013 年 7 月改訂（第 2 版）

届出番号：17B2X10001000564

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器　歯鏡　JMDN コード：31776000

再使用禁止

プラミラー

***【禁忌･禁止】**
1. 再使用禁止
2. 注意事項を厳守の上、使用すること。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

***【形状、構造及び原理等】**
1. 形状・構造
下記の通り



全長：158mm、ミラーサイズφ20mm
カラー：ブルー、ホワイト、ピンク、イエロー

2. 原材料
プラスチック、歯鏡用ガラス

3. 包装
50 本 / 箱

【使用目的又は効果】
本品は口腔内診査のために用いる。

【使用方法等】
袋から取り出し、口腔内にて反射鏡として使用する。

***【使用上の注意】**
1) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
2) 過度の圧力をかけたり、落としたりすると破折する事があるので注意すること。
3) ミラー面が傷つく恐れがあるので、使用前に、磨き粉、金属ウール、金属ブラシなどで表面を磨かないこと。曇った場合は柔らかい布などで拭くこと。
4) 消毒が必要な時は、薬液を使用すること。（オートクレーブ滅菌不可）
5) 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしないこと。
6) 溶解や破折の原因となるので、器具をヒーティングしない事。

***【保管方法及び有効期間等】**
1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3) 保管中、損傷しないように注意すること。
4) 化学薬品と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】
使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。
これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社　歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町１－９－１
電話番号：076-278-8800

製造業者：PROMISEE DENTAL CO.,LTD
（プロミシーデンタル社）
製造国：中華人民共和国