** 2024 年 1 月改訂（第 5 版）
* 2017 年 7 月改訂（第 4 版）

届出番号：17B2X10001000729

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器　歯科用研磨器材　JMDN コード：70907000

アルパインブラシ

【形状、構造及び原理等】

1.形状・構造
下記の通り

形状			
タイプ	ﾐﾃﾞｨｱﾑ	ｿﾌﾄ	ｴｸｽﾄﾗｿﾌﾄ
最大回転数	8,000rpm	12,000rpm	12,000rpm
最大径	φ19.0mm		
接続タイプ	HP		

2.原材料
軸部: 真鍮（ニッケル加工）
ブラシ部:ヤギの毛

3.包装
10 本 / 箱

【使用目的又は効果】
歯科用電気駆動装置に装着し、補綴物の研磨に用いる。

【使用方法等】
[使用方法]
1)歯科用電気駆動装置に本品を装着する。
2)本品が確実に固定されている事を確認し、試運転する。
3)振れ等が無ければ、本品を補綴物に軽く押し当て、研磨する。

[使用方法等に関連する使用上の注意]
1)損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
2)使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
3)歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
4)安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
5)作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
6)指定の回転数を超えて使用しないこと。
7)回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。
8)本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。
9)研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨剤の種類別に分けて使用すること。

【使用上の注意】
1)器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
2)植毛部（ブラシ部）から絶対に毛を抜いたり、加工したりしないこと。
3)ブラシ用洗浄液等に浸漬すると、本品の柔軟性を損なうことがあるので十分注意すること。
4)劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】
1)粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2)「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3)保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】
使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

**** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Stoddard Manufacturing Company Limited
（ストッダード　マニュファクチュアリング　カンパニー社）
製造国：イギリス