

医療用品（01）エックス線フィルム
一般医療機器 ノンスクリーン型歯科画像診断用 X 線フィルム JMDN コード：40978000

フォーマ デンタルフィルム

*【形状、構造及び原理等】

- 形状・構造
サイズ：約 30×40 mm
タイプ：D 感度、F 感度

- 包装
150 枚 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は、特に歯科 X 線装置で使用するためにサイズを定めて設計したノンスクリーン型 X 線フィルムで、X 線に直接露出させるように設計されている。

*【使用方法】

X 線レントゲン装置に当デンタルフィルムをセットし、撮影を実施する。撮影時間は表 1 のとおり。
撮影に当たっては、レントゲン装置の取扱説明書等に従い正しく行うこと。

表 1

撮影部位	部位	撮影時間（秒）	
		D 感度	F 感度
上顎	前歯	0.25	0.13
	小臼歯	0.30	0.17
	臼歯	0.35	0.19
下顎	前歯	0.20	0.10
	小臼歯	0.20	0.11
	臼歯	0.25	0.13

撮影時の管電圧 65kV、管電流 8mA

*【使用上の注意】

- フィルムはサイズにあった歯科用 X 線フィルムカセット（専用カセット）にて使用すること。
- 適切な安全光の下で開封すること。
- 開封後はなるべく早めに使用すること。また、遮光のため、内袋に入れたまま保管すること。
- 局部的に折り曲げたり、擦ったり、強い圧力をかけたりしないこと。
- フィルムが接着するような極度な高湿度下での使用は避けること。
- 静電気が発生するような極度な低湿度下での使用は避けること。
- 濡れた手による取り扱いは避けること。
- 二重露光は避ける事。
- 長時間高温度下での取扱いは避けること。
- 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
- フィルムを廃棄する場合は、産業廃棄物となるので、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 直射日光を避け、温度 10～21℃、湿度 40～60%の場所で保管すること。
- 放射線や X 線及び有害ガス（ホルマリンガス、硫化水素ガス等）の影響を受けない場所で保管すること。

〔使用期限〕

本品に記載された使用期限以内に使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

*【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損や劣化等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：SKYDENT a.s.（スカイデント社）
製造国：スロバキア