*2024 年 1 月改訂（第 2 版）
2016 年 5 月 作成（第 1 版）

届出番号：17B2X10001000986

機械器具（55）医療用洗浄器
一般医療機器　洗浄剤注入用具　JMDN コード：70463000

再使用禁止

Ｃｉフロライドトレー

【禁忌･禁止】
再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

［形状・構造］



シングルアーチ



デュアルアーチ

タイプ	カラー	サイズ（W×H）
シングルアーチ	黄	S（62×36）
	白	M（65×44）
	青	L（77×45）
デュアルアーチ	黄	S（60×36）
	白	M（63×48）
	青	L（69×54）

（単位：mm、公差：±2mm）

［包装］
シングルアーチ：100 個／袋
デュアルアーチ：　50 個／袋

［原材料］
IXPE（照射架橋ポリエチレン）

【使用目的又は効果】

本品に洗浄剤や薬剤を満たした状態で口腔内に注入し、歯で液体及びゲルを噛ませたまま、時間を置くことによって歯を洗浄する。

【使用方法等】

［使用方法］

1）本品の歯列弓状の窪みに洗浄液等を満たす。
（デュアルアーチタイプは、両側の窪みにゲル状の洗浄剤を満たし、中央部分から本品を折り、両側保持部どうしを組み付ける事により、上下顎同時に使用可能である。）

2）口腔内に注入もしくは、洗浄剤の入った窪み部分を噛ませて、時間を置くことによって歯を洗浄する。

［使用方法に関連する使用上の注意］

・使用前に、本品に破れや破損がないことを確認してから使用すること。破れや破損があった場合は即刻使用を中止すること。
・患者の口腔内のサイズにあったものを使用すること。
・使用に際しては無理な力を加えないこと。（破損の恐れがある）
・目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。

【使用上の注意】

1）歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
2）本品はディスポーサブルとし、再使用を禁止する。
3）本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。
4）溶解や変形の原因となるので、同時に使用する器具をヒーティングしないこと。
5）本品を本来の使用目的以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】

1）直射日光を避けること。
2）高温、火気、湿気を避けること。
3）圧力がかからないように保管すること。
4）寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしないこと。
5）使用後は地方自治体の法則に則り、適切な処分を行うこと。
6）歯科医療有資格者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地