**2024 年 1 月改訂（第 4 版）
*2016 年 12 月改訂(第 3 版)

届出番号：17B2X10001000990

機具機械（55）医療用洗浄器

一般医療機器　洗浄針　JMDN コード：70459000

再使用禁止　Ｅｎｄイリゲーションニードル

【禁忌･禁止】
再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記外観写真の通り



［種類］
・シングルホールタイプ

サイズ（G）	サイズ（L）	カラー
27G（0.4mm）	25mm	イエロー
30G（0.3mm）	25mm	パープル

・ダブルホールタイプ

サイズ（G）	サイズ（L）	カラー
27G（0.4mm）	25mm	イエロー
30G（0.3mm）	25mm	パープル

2. 原材料
ステンレス、ポリプロピレン

3. 包装
100 個／箱

【使用目的又は効果】

本品は刃先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに用いる器具をいう。

【使用方法等】

【使用方法】

1)本品を先端形状がルアータイプもしくはロックタイプの注射筒等のシリンジに確実に装着する。
2)充填された液体を、装着されたシリンジのプランジャーを押しながら、目的の部位に注水し、洗浄する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1)装着されたシリンジのプランジャーを無理に引かないこと。
2)接合部に緩みがないことを確認してから使用すること。
3)折損等の原因となるので、針管の根元を曲げたり、針管部の反復折り曲げを行わないこと。
4)破損の可能性がある為、過度な締め付けをしないこと。
5)急激に押し出すと破損または脱落する恐れがあるため、ゆっくりと一定の圧力で注入すること。
6)本体に対して溶解性の高い溶剤の使用は避けること。
7)使用する液体の粘性によりチップが外れたりして液体が外に飛び出さないよう口腔外で、ある程度の量を試し出ししてから使用すること。

【使用上の注意】

1) 医療有資格者以外は使用しないこと。
2) 本品の使用はディスポーザルとし、再使用を禁止する。
3) 本品のひび、破損、接合部の緩み及び液体の漏れ等について定期的に確認すること。
4) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

***【保管方法及び有効期間等】**

1) 直射日光を避け、室温で保管すること。
2) 本品は滅菌品の為、開封後はただちに使用すること。また再滅菌を行わないこと。
3) 使用期間：外箱に記載。[自己認証(製造所データ)]による。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地