*2024 年 1 月改訂（第 2 版）
2016 年 5 月作成（第 1 版）

届出番号：17B2X10001001005

機械器具(36) 医療用ピンセット

一般医療機器　ピンセット　JMDN コード：35079001

MDSY マイクロサージカルツイーザー

【禁忌･禁止】

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 注意事項を厳守の上、使用のこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

[形状・構造]
下記の通り

各タイプ：全長 180 ㎜

型番	作業部
1063	―
1063 / TC	タングステンカーバイド加工
1064 / D	ダイヤモンド加工
1064 / T	
1064 / OY	

[包装]
1 本／包

[原材料]
ステンレススチール

【使用目的又は効果】

皮膚や組織及び異物等を把持するために用いる。

【使用方法等】

1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守)
2) ハンドル部を開閉し、組織等を把持する。

【使用上の注意】

1)使用前に必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分に清掃し、その後にオートクレーブ等で滅菌を行う。
2)超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
3)洗浄・消毒・滅菌上の注意
・使用後は歯科用防腐洗浄液､精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
・洗剤の残留がないように充分すすぎをすること。
・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。この時、防錆潤滑油を塗布することを推奨する。
・洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
・加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器等)の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。【オートクレーブ温度(乾燥工程も含む)134℃以下厳守】。
・水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。

【保管方法及び有効期間等】

(1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
(2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
(3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Medesy s.r.l.(メデシィ社)
製造国：イタリア